

T.C.
GAZI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 67302 Döküm Tarihi : 24.05.2018
İstem Tarihi : 21.05.2018 00:00:00 Sayfa : 1
Açıklama :

Bölüm Kodu : GHASYB1
Bölüm Adı : GÖĞÜS HASTALIKLARI YOĞUN BAKIM

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birim
J01-012410	OR2720 TRAKEOSTOMİLİ HASTALAR İÇİN FİLTRE (İSİ VE NEM DEĞİŞİTRİCİ)	300.00	ADET

Şartname Kodu : 45746

Trakeostomi Filtresi Teknik Şartnamesi

1. Isı ve nem geçirgen olmalıdır
2. 24 saat kullanıma uygun olmalıdır
3. Steril olmalıdır
4. Kolay yerleştirilmelidir
5. Tekli paketler halinde olmalıdır
6. Ağırlığı 8,5gram olmalıdır
7. Sıkıştırılmış volümü 16ml olmalıdır
8. Konektörü 15 female olmalıdır
9. 500ml de 2 saatte nem çıkışı 28,5mg H₂O/l olmalıdır
10. 500ml de 24 saatte nem çıkışı 28,5mg H₂O/l olmalıdır
11. 500ml de 24 saatte ısı çıkışı 29 derece olmalıdır
12. 500ml de 2 saatte ısı çıkışı 29 derece olmalıdır
13. Filtreyi çıkartmadan aspirasyon ve numune alınmasına olanak veren açılığı bulunmalıdır
14. Trakeostomi hastalarında kullanıma uygun olmalıdır
15. Filtre içindeki malzeme seliliozdan imal edilmiş olmalıdır
16. Yüzeydeki new değişimi minimum 500cm kare olmalıdır
17. Direnç derecesi 30 l/dk da 0.7 cmH₂O olmalıdır
18. Direnç derecesi 60 l/dk da 1.8 cmH₂O olmalıdır
19. Direnç derecesi 90 l/dk da 3.0 cmH₂O olmalıdır

Doç.Dr.Müge AYDOĞDU
T.C.GÜ.T.F.-Gazi Hastanesi
GÖĞÜS HASTALIKLARI
Diploma No: 99-392-126
Dip.Tescil No: 02981

Prof. Dr. CEMAL GÜRSEL
T.C.GÜ.T.F.-Gazi Hastanesi
Göğüs Hast. ve Yoğun Bakım
Dip.No: 8478 Dip.Tes.No: 60725