



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 43663
Düzenleme Tarihi : 22.05.2018

KOD : J01-012905 /
MALZEME ADI : NF1011 ARTER VEN FİSTÜL İĞNESİ

ARTER VEN FİSTÜL İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Arter ve ven iğneleri ayrı ayrı ambalajlarda olmalıdır.
- 2- Fistül iğneleri 15-16 -17-18 gauge olmalıdır.
- 3-Arter fistül iğnesi döner başlıklı ve çift delikli olmalıdır
- 4-Fistül iğneleri eto gama veya buhar sterilizasyonlu olup sterilizasyon süresi en az 2 yıl olmalıdır.
- 5-Tüp uzunluğu 25-30 cm olmalıdır.
- 6-Arter ven iğneleri üzerinde klemler olmalıdır.
- 7-Arter iğnesinde klemler kırmızı, Ven iğnesinde klemler mavi olmalıdır.
- 8-İğne yüzeyi ve ucu pürüzsüz olacak,polisoy ve silikonizasyonu iyi olacaktır.
Duvar kalınlığı ince ucu keskin açık olacaktır.
- 9-TSE uygunluk ve CE belgesi bulunmalıdır.Sağlık Bakanlığı ithal izin belgesi Avrupa Topluluğu uygunluk belgesi dosyada bulunmalıdır.
- 10-Şartnamenin her bir maddesine cevap verilecek ve istenilen belgeleri ibraz etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 11-İhaleye katılacak firmalar 2 şer adet numune bırakılacaktır,Ürünler denenecek denenen ürünler iade edilmeyecektir.
- 12-Örnekleri ile ihale sonucu teslim edilen ürünlerin marka ve kodları aynı olacaktır.
- 13-Gauge ler bölüm isteğine göre belirenecektir.

Prof. Dr. Musa BALI
T.C. G.Ü.İ.F. Gazi Hastanesi
Nefroloji Bilim Dalı Öğr. Üyesi
Çiğ.No: 100-Dip. Tes. No: 288527

Prof. Dr. Gökhan BALI
T.C. G.Ü.İ.F. Gazi Hastanesi
Nefroloji Bilim Dalı Öğr. Üyesi
Dip. Tes. No: 288527

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN