

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 65547
İstem Tarihi : 26.02.2018 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 28.05.2018
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : CCERKL1
Bölüm Adı : ÇOCUK CERRAHİSİ KLİNİĞİ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-01A712	OR3260 ACIK CERRAHİ DAMAR KAPAMA VE KESME PROBU	40.00	ADET

Şartname Kodu : 44821

İNSİZYON ELEKTROD TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Malzemenin kesici uc kısmının çapı isteğe göre 0.14,0.17,0.3,0.8 mm olarak seçilebilmelidir.
- 2-Kesme aplikatörleri kullanıcının isteğine göre kil uç, topuz uç, blade, çivi, baklava, dura ve wire loop olarak seçilebilmelidir.
- 3-Seçilen çalışma moduna göre saf kesme, kesme/koagülasyon ve koagülasyon uygulamalarında rahatlıkla kullanılabilirdir..
- 4-Probe cihazın verimli çalışabilmesi için orijinal olmalıdır.
- 5-Orijinal olmayan problar verimli olmadığından dolayı kabul edilmeyecektir.
- 6-Seçilen çalışma moduna göre kesme işlemini 45C derece, koagülasyon işlemini 65C derecede yapabilmelidir.
- 7-Problar verilen cihazla aynı marka olmalıdır.

Prof. Dr. Zafer TÜRKAYMAZ
T.C. Gazî Üniversitesi
Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Urolojisi
Diyarbakir Hastanesi
Diyarbakir

Prof. Dr. Zafer TÜRKAYMAZ
T.C. Gazî Üniversitesi
Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Urolojisi
Diyarbakir Hastanesi
Diyarbakir