



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 40755
Düzenleme Tarihi : 15.05.2018

KOD : J01-01F792 /
MALZEME ADI : ALLİGATÖR ABR ELEKTROD KABLOSU (TİMSAH UÇLU)

ALLİGATOR ELEKTROD KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 5 farklı renkte olmalıdır.
2. Klinikte kullanılan Bera Cihazı için soketleri uyumlu olmalıdır.
3. Her Elektrod 50-55 cm uzunluğunda olmalıdır.
4. TAP elektrod bağlantısı, 3 cm büyüklüğünde düğmelerle sağlanmalıdır.
5. Bölüme numune getirilmesi gerekmektedir.
6. Bölüm onayı mutlaka alınmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

[Handwritten signatures]
Dr. Öğr. Üyesi Recep KARAHAN
T.C.G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Kulak Burun Boğaz
Dip.No:11237 Dip.Tes.No:1759

ONAYLAYAN



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 45659
Düzenleme Tarihi : 15.05.2018

KOD : J01-01F793 /
MALZEME ADI : ABR ELEKTRODU (ÇİT ÇİTSİZ)

SNAP ELEKTRODE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- BİR PAKETTE 60 ADET OLMALIDIR.
- 3X2.2 CM ÖLÇÜLERİNDE OLMALIDIR.
- HİDROJELLİ OLMALIDIR.
- 1 KARTTA 3 ADET OLMALIDIR.
- YAPISI POLYESTER OLMALIDIR.
- TEK KULLANIMLIK OLMALIDIR.
- SENSOR Silver/Silver chloride (Ag/AgCl) OLMALIDIR.

HAZIRLAYANLAR

Dr. Özgür Nevap KARAVİLE
T.C.G.Ü.T.F.Gazi Hastanesi,
Kulak Burun Boğaz
Dış.No:11257 Dış.Tes.No:11257

ONAYLAYAN

Dr. Mustafa ÖZLÜ
T.C.G.Ü.T.F.Gazi Hastanesi,
Kulak Burun Boğaz
Dış.No:11257 Dış.Tes.No:11257



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 43378
Düzenleme Tarihi : 15.05.2018

KOD : J01-014298 /

MALZEME ADI : NUPRET DERİ TEMİZLEME JELİ.

TEMİZLEME JELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Temizleme jeli hastanede kullanılan mevcut sisteme uyumlu olmalıdır.
2. Temizleme jeli min. 100gr'lık tüplerde olmalıdır.
3. Temizleme jeli kaliteli ve iletken malzemeden üretilmiş olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Dr. Öğr. Üyesi Bülent KARAME
T.C.G.D.T.F. Gazi Hastanesi
Kulak Burun Boğaz
Dış. No: 11237 Dış. Tes. No: 13557

ONAYLAYAN

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DÜZÜN
T.C.G.D.T.F. Gazi Hastanesi
Kulak Burun Boğaz
Dış. No: 11237 Dış. Tes. No: 13557