

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 67437
İstem Tarihi : 28.05.2018 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 29.05.2018
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : GOCRKL1
Bölüm Adı : GÖĞÜS CERRAHİSİ KLİNİĞİ1

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-012468	GHC1620 TORAKS GÖĞÜS TÜPÜ (PVC) NO:28	500.00	ADET
Şartname Kodu : 45795			

TORAKS KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.28 ch dış çaplı olmalıdır.
- 2.Hortum uzunluğu boyunca radyopak çizgi içermelidir.
- 3.Uç kısmı yuvarlatılmış ve delik olmalıdır.
- 4.Uç kısmında 6 delik olmalı ve bunlar sarmal bir yapıda olmalıdır.
- 5.Uzunlukları minimum 50cm olmalıdır.
- 6.Son delikten itibaren 2'şer cm ara ile 26 cm 'e kadar işaretlendirilmiş olmalıdır.
- 7.Etilen oksit yada gamma radyasyon ile steril edilerek çiftli ambalajda muhafaza edilmiş olmalıdır.
- 8.TSE veya ISO belgesi olmalıdır.
- 9.CE onaylı olmalıdır.
- 10.PVC olmalıdır.AÇILIR KAPANIR OLMALIDIR

Handwritten signature
Sema Caneyt KURUL
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Göğüs Cerrahisi
Dip. No: 011-043 Dip. Tes. No: 66918

Handwritten signature
Doç. Dr. Ali CELİK
T.C. G.Ü. T.F. Gazi Hastanesi
Göğüs Cerrahisi
Dip. No: 3111 Dip. Tes. No: 83873