

PCA (AĞRI POMPA) SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Setler hasta kontrollü ağrı pompalarında çalışabilecek nitelikte olmalıdır.
- 2- Setin uzunluğu en az 2 mt olmalıdır.
- 3- Setin üzerinde , her durumda serbest akış riskini önleyici anti-siphon valf bulunmalıdır.
- 4- Setin üzerinde bulunan sistem cihaza yerleştirilmeli ve infüzyon bu sistemin dönerek veya piston hareketleri ile gönderilmelidir.
- 5- Setin üzerinde ihtiyaç halinde serbest akışı klemp bulunmalıdır.
- 6- Uç kısımları kateter ağzlarına uyumlu olmalıdır.
- 7- Set büyüklüğünde tekrar eski halini almalıdır.
- 8- Ağrı pompa cihazının epidural ve introvenöz kullanımlarında tek tip set kullanılmalıdır.
- 9- Seruma giren kısmı ve girerken kırılmayacak kadar dayanıklı olmalıdır.
- 10- Garanti şartları altında kullanılan cihazın arıza yapması durumunda üretici firma ücretsiz servis verecek ve servisi mümkün olmayan cihazlar 24 saat içerisinde yenisiyle değiştirilecektir.
- 11- Her 65 set için bir adet ağrı pompa cihazı verilmelidir.Set tüketimi boyunca verilen pompalar konsinye olarak kullanıma verilecek olup ,setler tükeninceye kadar iadesi istenmeyecektir.
- 12- Setlerin raf ömrü teslim tarihinden itibaren 2 yıl olmalıdır.
- 13- Ambalajında üretim tarihi,üretim seri nosu,son kullanma tarihi okunaklı bir şekilde yazılı,steril,orjinal ambalajlarda olmalıdır.
- 14- Cihazların tüm mesajların,bilgilerin ve alarmların takip edileceği LCD ekran olmalıdır.
- 15- Hastaya uygulanan infüzyon bilgileri cihazda saklanabilmelidir.
- 16- Cihaz sette hava olması,düşük batarya ,hat blokaj ,programın sonlanması içsel arıza olması,kapak açılması ,oklüzyon vb... durumlarda sesli ve görüntülü olarak alarm vermelidir.
- 17- Kullanılacak cihazlarda hızını artırıp azaltabilecek cihazın ön panelinde nümerik klavye bulunmalıdır.


Prof. Dr. Ömer KUMRİPEK
T.C. G.U. T.F. Gazi Hastanesi
ANESTEZYOLOJİ VE REANİMASYON
Dip. No: 77091
Dip. Teselli No: 46474


Doç. Dr. Mustafa ARSLAN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip. No: 7716-Dip. Tes. No: 80005