

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 67436
İstem Tarihi : 28.05.2018 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 29.05.2018
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : GOCRKL1
Bölüm Adı : GÖĞÜS CERRAHİSİ KLİNİĞİ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-01C229	GHC1830 HEIMLICH VALF	200.00	ADET

Şartname Kodu : 7392

HEIMLICH VALF TEKNİK ŞARTNAMESİ

- " Ürün 21cm uzunluğunda olmalıdır
- " Transparan (şeffaf) olmalı, içi görülebilmelidir
- " Üzerinde akış yönünü gösterir ok işareti olmalıdır
- " Giriş ve çıkış kısımları silikon olmalıdır
- " Kauçuk uzunlukları 6'şar cm olmalıdır
- " Valve uzunluğu 6cm olmalıdır
- " Valve kısmı vakum yapmak için elle sıkılabilir yumuşaklıkta olmalıdır
- " Hava ve sıvı ok yönünde derene olmalı, kesinlikle hastaya dönüşü olmamalıdır
- " CE Belgesine sahip olmalıdır

Prof. Dr. İsmail Caneyt KURUL
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Göğüs Cerrahisi
Dip.No: 93-011-043 Dip.Tes.No: 66918

Doç. Dr. AYRANÇELİK
T.C.G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Göğüs Cerrahisi
Dip.No: 3111 Dip.Tes.No: 83873