



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 42707
Düzenleme Tarihi : 30.05.2018

KOD : J07-070525 /
MALZEME ADI : ASETON

Aseton için teknik şartname;

1. Analitik saflıkta olmalıdır.
2. HPLC ve LC-MS MS çalışmalarına uygun olmalıdır.
2. Akmayacak şekilde ağızları kapatılarak ambalajlanmalıdır.
- 3 En fazla 2,5 lt.'lik şişelerde buharlaşmamış ve renk değiştirmemiş olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Prof. Dr. Gürsel BİBEROĞLU
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hast. A.B.D. İçer. Üyesi Biyokimya Uzm.
Dip. No: 146

Prof. Dr. Leyla TÖMER
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Beslenme ve Metabolizma A.D.
Dip. No: 8030

ONAYLAYAN