

PREZERVATİF SONDA ŞARTNAMESİ

1. Non toksik, anti alerjik silikondan yapılmış olmalıdır.
2. Prezervatif sondanın cilde yapışmasını sağlayan tahrişi önleyici jel şeklinde tüp yapıştırıcısı olmalı ya da yapışkan şeridi olmalıdır.
3. Prezervatif sondanın yapışkan şeridi dokunun dolaşımını engellememelidir.
4. Prezervatif sondanın yapışkan şeridi/jeli sonda ile cilt arasında içten hem cilde hem de sondaya yapışmalı ve yapışkanlığını uzun süre koruyabilmelidir.
5. Prezervatif sonda ciltte oluşabilecek nemi içerisine emebilmeli ve cildin kullanım süresince kuru kalmasını sağlamalıdır.
6. Yapışkan şerit elastik olmalı, kopmamalı ve idrarın geri dönüşünü engellemelidir.
7. Prezervatif sondanın uç kısmı idrarın rahatlıkla dışarı atılması sağlanmalı, kıvrılıp kırılmamalıdır.
8. Prezervatif sondanın uç kısmı idrar torbasının uç kısmı ile uyumlu olmalıdır.
9. Prezervatif sondanın medium, large ve x-large boyutlarında farklı ölçüleri olmalıdır.
10. Prezervatif sonda tekli paket içerisinde ambalajlı olmalıdır.
11. ISO veya TSE kalite belgelerinden birine sahip olmalı ve CE'ye uygunluğu belgelendirilmelidir.
12. Firmalar en az 3 adet numune (ayrı ölçülere ait) getirmelidir ve bu numuneler hasta üzerinde uygulanacaktır. İstenilen numuneyi süresinde teslim etmeyen veya teslim ettikleri numuneler uygun bulunmayan isteklerin o kalem için verdikleri teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Ayşe Gökçek
KWC YB Sorumlu Hemşiresi


Pinar Demirel
KWC Sorumlu Sorumlu
Hemşiresi
