



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

18-525

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 329  
İstem Tarihi : 26/06/2018  
Açıklama :  
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 26/06/2018 09:19:00

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
TM0266 -	ENDOSKOPİ CİHAZI KAMERA BAŞLIĞI TAMİRİ	1	ADET

KARL STORZ MARKA IMAGE1 HD MODEL TV836972-H SERİ NUMARALI ENDOSKOPİ CİHAZI KAMERA BAŞLIĞI TAMİR ŞARTNAMESİ

1. Teklif verecek firmaların cihaza arıza tespiti de bulunup teknik servis raporunu tıbbi cihaz birimine vermek zorundadırlar.
2. Cihazın parçaları orijinal değişmelidir.
3. Tamir edilen cihazlara 6 ay tamir 1 yıl parça garantisi verilecektir.
4. Cihazdan değişen parçaların Biyomedikal birimine teslim edilecektir.
5. Çalışır durumda teslim edilecektir.

TEKNİK ŞARTNAME  
LİSTESİ  
DÖKÜM TARİHİ  
26/06/2018 09:19:00

HAZIRLAYANLAR	ONAYLAYAN
<p>Erkan ÖZETİN T.C. Gazi Üniversitesi Gazi Hastanesi Biyomedikal Birimi</p> <p>Büyük KOÇAK Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi</p>	<p>Fatih Arıral Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Tıbbi Cihaz Birimi Biyomedikal Birimi</p>