

**GAZİ ÜNİVERSİTESİ**  
**BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İHTİYAÇ FORMU**

BİRİMİ ve BÖLÜMÜ	PROJE YÖNETİCİSİNİN ADI SOYADI	TARİHİ	NO
Fen Fakültesi Biyoloji	PROF.DR. ZEHRANUR YÜKSEKDAĞ	02/07/2018	6
	TEL : 2021376 - 530 317 25 97		

**GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NE**  
**(Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi)**

'05/2017-08' kodlu ve 'Tavuk dışkılarından izole edilen Laktik Asit Bakterileri ekzopolisakkaritlerinin antioksidan ve antibiyofilm aktiviteleeri' konulu projem için zorunlu olan aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı toplam 5 kalem hizmetin / malzemenin / teçhizatın tahsis edilen ödenekten temin edilmesi için bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

İmza:



Sıra No	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Ölçü Birimi	Özellği
1	Petri kutusu-P.S- 90X17 Mm	19	28/PK	<ol style="list-style-type: none"><li>Petri kutusu şeffaf ve polisteren yapıda olmalıdır.</li><li>Petri kutusu 1000 adetlik ambalajda olmalıdır.</li><li>Mikrobiyolojik çalışmalara uygun olmalıdır.</li><li>4.90 mm çapında olmalıdır.</li><li>Aseptik steril ve tek kullanımlık olmalıdır.</li><li>Uygulamalarda sıcaklıktan etkilenmemeli, herhangi bir çatlama ve deformasyon olmamalıdır.</li></ol>
2	Pipet Ucu - Mavi - 1000 Ul	1	500/PK	<ol style="list-style-type: none"><li>Pipet ucu 1000 ul hacminde olmalıdır.</li><li>Pipet ucu DNASE RNASE PYROGEN free özellikte olmalıdır.</li><li>Pipet ucu 10 x96 steril, racklı ve filtreli olmalıdır.</li><li>Pipet uçları laboratuvarında bulunan otomatik pipetlerle uyumlu olmalıdır.</li><li>Pipetleme doğruluğunu arttırmak için tasarlanmış S3 ( Sample- Saving -Surface ) polimer teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır.</li><li>Pipet ucu işlenmemiş polipropilen ( virgin polypropylene ) den imal edilmiş olmalıdır.</li><li>FDA kurallarına göre Limulus Amebocyte Lizat jel testi kullanılarak endotoksin için test edilmiş olmalıdır.</li><li>Test duyarlılığı 0.06 EU / ml den fazla olmamalıdır.</li></ol>
3	Pipet Ucu - Sarı - 200 Ul	1	1000/PK	<ol style="list-style-type: none"><li>Pipet ucu 200 ul hacminde olmalıdır.</li><li>Pipet ucu DNASE RNASE PYROGEN free özellikte olmalıdır.</li><li>Pipet ucu 10 x96 steril, racklı ve filtreli olmalıdır.</li><li>Pipet uçları laboratuvarında bulunan otomatik pipetlerle uyumlu olmalıdır.</li><li>Pipetleme doğruluğunu arttırmak için tasarlanmış S3 ( Sample- Saving -Surface ) polimer teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır.</li><li>Pipet ucu işlenmemiş polipropilen ( virgin polypropylene ) den imal edilmiş olmalıdır.</li><li>FDA kurallarına göre Limulus Amebocyte Lizat jel testi kullanılarak endotoksin için test edilmiş olmalıdır.</li><li>Test duyarlılığı 0.06 EU / ml den fazla olmamalıdır.</li></ol>
4	Pipet Ucu - Şeffaf - 10 Ul	1	1000/PK	<ol style="list-style-type: none"><li>Pipet ucu 10 ul hacminde olmalıdır.</li><li>Pipet ucu DNASE RNASE PYROGEN free özellikte olmalıdır.</li><li>Pipet ucu 10 x96 steril, racklı ve filtreli olmalıdır.</li><li>Pipet uçları laboratuvarında bulunan otomatik pipetlerle uyumlu olmalıdır.</li><li>Pipetleme doğruluğunu arttırmak için tasarlanmış S3 ( Sample- Saving -Surface ) polimer teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır.</li><li>Pipet ucu işlenmemiş polipropilen ( virgin polypropylene ) den imal edilmiş olmalıdır.</li><li>FDA kurallarına göre Limulus Amebocyte Lizat jel testi kullanılarak endotoksin için test edilmiş olmalıdır.</li><li>Test duyarlılığı 0.06 EU / ml den fazla olmamalıdır.</li></ol>

03.2.6.01  
Sarı

Sıra No	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Ölçü Birimi	Özelliđi
				testi kullanılarak endotoksin için test edilmiş olmalıdır. Test duyarlılığı 0.06 EU / ml den fazla olmamalıdır.
5	Sodium Chloride Extra Pure	1	1 kg	