



2018-07-05

## HASTA TEDAVİ PUVA GÖZLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Puva gözlüğü, fototerapi & fotokemoterapilerde bir gözlüğün birçok hastada defalarca kullanılmasının Avrupa Birliği Sağlık Muktesebatınca uygun bulunmadığından ve hasta hijyenini sağlamak üzere üretilmiş olmalıdır.
2. Puva gözlüğü, UVA ve Darbant UVB tedavilerinde ultraviyole ışınlarının hasta tedavisi sırasında hastanın gözünde meydana getireceği komplikasyonlardan ve yan etkilerden korumak için tasarlanmış olmalıdır.
3. Gözlük oval yapıda üretilmiş olmalıdır.
4. Gözlük koyu yeşil veya kahverengi renkte UV ışınlarını süzen camlara sahip olmalıdır.
5. Gözlük camlarını birbirine bağlayan ve hastanın başında gözlüğü sabitleyen elastiki lastikle bağlanmış olmalıdır.
6. Tedavi sırasında hastaya rahatsızlık vermeyecek şekilde ergonomik yapıda olmalıdır.
7. Gözlük Avrupa Birliği standartlarında üretilmiş ve bir puva cihazı üreticisi firmaca satılan marka gözlük olmalıdır.
8. Hasta gözlüğü 50 adet'lik paketi içinde verilmelidir.

Frol Yılmaz  


Berkay Dirlikten

  
Dr. Berkay DIRLIKTEN  
Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Dermatoloji Araştırma Görevlisi  
Dij. Tesc. No: 184949

