



TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 39427
Düzenleme Tarihi : 29.06.2018


KOD : J07-070895 /

MALZEME ADI : COLLODIONE

Colladion %4

EEG Video Monitörizasyon ünitesinde kullanılacak
Elektrodların saçlı deriye yapıştırılmasını sağlayacak
Yapışkan özelliği ve sıvı olmalı
Bir kiloluk ambalajlarda ve şişede olmalı


Doç. Dr. Ebru ARHAN
T.C. Gazi Üniversitesi
Çocuk Hastanesi
Çocuk Nöroloji
Dip. No: 2363, Dip. Tez. No: 89778


Prof. Dr. Ayşe SERDAROĞLU
T.C. G. Ü. T. Gazi Hastanesi
ÇOCUK SAĞ. VE HASTA. NÖROLOJİ B.D.
Diploma No: 7444-182
Dip. Tez. No: 27815

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN