

## VENTRİKÜLOSTOMİ KİTİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Ventrikülostomi işleminde ve intrakranyal basınç monitoru takılması işlemlerinde ventriküler sisteme\ parenkime erişimi sağlamak amacı ile aşağıda beirtilen alet ve aksesuarlardan oluşan steril settir.
2. Setin içermesi gereken malzemeler
  - a. Jilet
  - b. Şırınga
  - c. Allen anahtarı
  - d. Kullanma havlusu
  - e. Dişli adson forceps
  - f. Kıvrımlı moskito forseps
  - g. İğne tutucu
  - h. Yara pansuman örtüsü
  - i. Test tüpü
  - j. Hazırlama tepsisi
  - k. Enstrüman tepsisi
  - l. Keskin iğneli naylon ya da ipek sütür
  - m. Pencerele işlem örtüsü
  - n. Steril alan örtüsü
  - o. Kranial el matkabı ve ayarlanabilir baş
  - p. Matkap uçları en az iki farklı boyda
  - q. Matkap ucu durduracağı
  - r. Cilt kalemi ve cetvel
  - s. Kendiliğinden açılan retraktör
  - t. Sütür makası
  - u. Gazlı bez
  - v. Ponksiyon iğnesi
  - w. 11 ve 15 numara bistüri

Dr.Öğr.Üyesi Mesut Emre YAMAŞI  
T.C. Gazi Üniversitesi Gazi Hastanesi  
Beyin ve Sinir Cerrahisi  
Dip.No:94426 Dip.Tes.No:125777

Prof.Dr. Fikret Hacıoğlu DOĞULU  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Beyin ve Sinir Hastalıkları  
Dip.No: 8319