



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Tıp Fakültesi Dekanlığı
Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Radyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı

MEDİKAL YAZDIRILABİLİR ÖZELLİKLİ CD TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. CD ler Kurumumuzda bulunan RİMAGE 2000İ MARKA/MODEL CD robot ile sorunsuz olarak çalışabilecek medikal özellikte olacaktır.
2. CD ler 48 X yazma hızına ulaşabilmelidir.
3. CD ler en az 700 MB kapasiteye sahip olmalıdır.
4. CD ler ink-jet printable özellikte olmalıdır.
5. CD lerin tüm yüzeyi basılabilir olmalıdır.
6. CD ler en az 50 yıl boyunca hasta bilgilerini saklayabilecek kalitede olmalıdır.
7. CD lerin teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl raf ömrü olmalıdır.
8. Yüklenici firma kullanıma uygun olmayan, hatalı ve bozuk oldukları tespit edilen CD leri yenileri ile ücretsiz olarak değiştirmeyi taahhüt edecektir.
9. Yüklenici firma CD robotlarda CD lerin kullanımından kaynaklanabilecek sorunların giderilmesiyle yükümlü olacaktır ve ayrıca CD Robot cihazında meydana gelebilecek arızalara profesyonel düzeyde müdahale edebileceğini gösteren yetki belgesine sahip olmalı ve bu yükümlülük için taahhütnameyi ve yetki belgesini teklif dosyasına ekleyecektir.
10. CD ler ile birlikte aynı miktarda bir yüzü şeffaf CD zarfı verilecektir.

Prof. Dr. Nil TOKGÖZ
Radyoloji Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Erhan ILGIT
Radyoloji Anabilim Dalı
Başkanı