

**GAZİ ÜNİVERSİTESİ**  
**SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ**  
**MERKEZ BİYOKİMYA LABORATUVARLARI 2018 (6 AYLIK)**  
**RIA KİT TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1.

Sıra No	Test (kit) Adı	
1	Renin (Aktif)	800
2	Renin (Total)	800
3	11- Deoksi kortizol	400
4	Aldesteron	400

**RIA KİTLERİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME**

- 1.1. Firmalar ihalesini kazandığı her kalem kit için en az iki seviyeli iç kalite kontrol materyalini yıl boyunca ücretsiz olarak vereceklerdir.
- 1.2. Kitler ayda bir teslim edilmeli ve teslim tarihinden itibaren son kullanma tarihi en az bir ay olmalıdır.
- 1.3. Teklif veren firmalar, varsa çalışma sistemlerinin gerektirdiği diğer yan ürünleri (pipet ucu, pastör pipeti vb.) ücretsiz olarak laboratuvarın kullanımına vereceklerdir.
- 1.4. Her hangi bir şekilde bitirilemeyen ya da son kullanma tarihine yakın gelen RIA kitleri için ücretsiz Tracer I-125 verilecektir.
- 1.5. Kitlerin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası na (TİTUBB) kayıtlı olduğuna dair belge verecektir.
- 1.6. Yüklenici tüm reaktif ve cihazda kullanılan diğer solüsyonlar için Türkçe malzeme güvenlik bilgi formlarını basılı ve klasörlenmiş halde laboratuvara teslim edecektir.
- 1.7. Otoanalizör kiti teklif eden firmalar için şartnamenin yukarıda yazılı 3-4 nolu maddeleri geçerlidir.
- 1.8. Kullanım durumuna göre kitler birim fiyatları üzerinden birbirleriyle değiştirilebilmelidir.
- 1.9. Firmalar her kaleme ayrı ayrı yukarıdaki teklif ettikleri otoanalizörler ile teklif verebilirler.
- 1.10. RIA kitleri çalışmalarında ekstraksiyon işlemi gerektirmemelidir.

  
Dr. Şehin Elben  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Tıbbi Biyokimya A.D. Öğrt. Gör.  
Diploma No: 2123

  
Doç. Dr. Cahat Yılmaz DEMİRTAŞ  
T.C. G.U.T.F. Gazi Hastanesi  
Tıbbi Biyokimya  
Dip. No: 01001966 Dip. Tes. No: 95897