

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 67399
İstem Tarihi : 24.05.2018 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 24.05.2018
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : UROLPL1
Bölüm Adı : ÜROLOJİ POLİKLİNİĞİ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J09-091856	PEDİATRİK ÜRETRENOSKOP.	1.00	ADET

Şartname Kodu : 45788

PEDİATRİK ÜRETERO-RENOSKOP SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen uretero-renoskop diagnostik, pnömatik ve lazerle taş kırma tedavisinde kullanıma uygun olmalıdır.
2. Teklif edilen uretro-renoskopun çalışma uzunluğu 43 cm. olmalıdır.
3. Teklif edilen uretro-renoskopun toplam uzunluğu 60 cm. olmalıdır.
4. Teklif edilen uretro-renoskop operasyon esnasında uretrayı ve ureteri daha az travmatize etmesi ve daha iyi dilate etmesi açısından distal uçtan proksimal uca doğru konikal olarak (kademe çıkıntıları olmadan) genişlemelidir. Sadece distal uca yakın tek kademesi olmalıdır.
5. Teklif edilen uretero-renoskop distal uçta 6 Fr. , proksimal uçta ise 7,5 Fr olmalıdır ve bu artış adimsiz (kademe çıkıntıları olmadan) konikal olarak olmalıdır.
6. Operasyon esnasında uretero-renoskopun kanalından kullanılan propların uçlarının optimum ve tam olarak görülebilmesi için görüş açısı 5° olmalıdır.
7. Teklif edilen uretro-renoskopun iki adet lateral aspirasyon-irrigasyon kanalı olmalı ve aspirasyon-irrigasyon için muslukları bulunmalıdır. Beraberinde bu musluklara takılan Luer-LOCK adaptörleri de verilmelidir.
8. Uretero-renoskopun bir adet merkezi enstruman kanalı ve bir adet de lateral enstruman kanalı bulunmalıdır. Lateral enstruman kanallarından fleksible enstrumanlar, basket forsepsler, elektrohidrolik lithotriptör propları ve lazer propları kullanılabilir.
9. Teklif edilen uretero-renoskop un vizörü çalışmayı kolaylaştırıcı açılı şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
10. Irrigasyon ve enstruman kanalı 4,2 x 4,6 Fr çapında olmalıdır.
11. Teklif edilen uretero-renoskopun çalışma kanallarından 1 adet 4 Fr lik enstruman tek başına veya 2 adet 2,4 Fr lik enstruman aynı anda kullanılabilir.
12. Teklif edilen uretero-renoskop en az 30.000 pixellik bir imaj görüntüsü sağlayabilmelidir.
13. Fiber optik ışık transmisyonu olmalıdır.
14. Otoklavlanabilmelidir.

Uretero-renoskop ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar verilmelidir:

- ?1 Adet büyük taş parçaları için 550 mm çalışma uzunluğunda 4 Fr çapında, rotasyonlu (360° dönebilen), ?click? sistemli, handle?ı ve uç kısmı birbirinden ayrılabilen semi rigid kavrama forseps,
- ?1 adet sızdırmazlık contası, 10?lu pakette.
- ?1 adet kanal temizleme fırçası
- ?2 adet LUER-lock adaptörü

Prof. Dr. Özdemir Serhat GÜROCAK
T.C. G.Ü. T.F. Gazi Hastanesi
ÜROLOJİ
Dip. No: 91.133.092
Dip. Tes. No: 97673

Prof. Dr. Mustafa Özgür TAN
T.C. G.Ü. T.F. Gazi Hastanesi
ÜROLOJİ
Diploma No: 91-AB-145
Dip. Tes. No: 57678