

KRSCHNER TEKNİK SARTNAMESİ

1. İAmeliyathanemizde htiyaç duyulan Krschner Teli listesi Ek 'te verilmiştir.
 2. Teklif edilecek olan Krschner Teli, paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır.
 3. Teklif edilecek olan, Krschner Telleri 134 °C buharlı otoklavda sterilizasyona dayanıklı olacaktır.
 4. İstekliler Krschner Telinin tamamına teklif verilmek zorunludur. .
 5. T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 01.03.2010 tarih ve 8310 sayılı "Genelge – 2010/11" hükümlerince, teklif edilen ürünlerin ihale tarihi itibari ile İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'nda kayıtlı olması ve alımı yapılacak ürünlerin TITUBB' nda Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir.
 6. İstekli firmalar teklif edilen bu kapsamdaki ürünlerin üretici ve/ veya ithalatçısı ise kendilerinin TITUBB'a kayıtlı olduklarına dair firma tanımlayıcı numaralarını, bayileri ise Bayi tanımlayıcı numaralarını tasdik edici belgeler teklif ile birlikte verilecektir.
 7. Temsilci firma teknik servis imkânlarını ve alt yapısını belgelemelidir. Firma TSE'den (TSE 13011 ve TSE 12426 standartlarına göre) almış olduğu Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte vermelidir. Bu belgeyi vermeyen firmaların teklifleri dikkate alınmayacaktır.
 8. Krschner Teli aşağıda belirtilen ölçülerde ve adetlerde olacaktır.
- A- Krschner Teli çap 0.8 mm uzunluk 200 mm 200 Adet
 B- Krschner Teli çap 1.0 mm uzunluk 200 mm 200 Adet
 C- Krschner Teli Çap 1.2 mm uzunluk 240 mm 500 Adet
 D- Krschner Teli çap 1.5 mm uzunluk 240 mm 100 Adet
 E- Krschner Teli çap 2.0 mm uzunluk 240 mm 100 Adet
 F- Krschner Teli çap 2.5 mm uzunluk 240 mm 100 Adet

Prof. Dr. Uğur KANATLI
 T.C. G.Ü. Tıp Fakültesi
 Ortopedi ve Travmatoloji
 Dış. No: 99/01-099
 Dış. Teş. No: 1992

Dr. Çiğdem M. Bayraktar ARIOĞLU
 T.C. Sağlık Bakanlığı
 Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 Ortopedi ve Travmatoloji
 Dış. Teş. No: 11779