



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 0
İstem Tarihi : 06/08/2018
Açıklama :
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 06/08/2018 10:26:00

Malzeme Kodu : TM1502
Malzeme Adı : KOTER BİPOLAR UCU TAMİRİ

KOTER UCU TAMİR ŞARTNAMESİ

1. Teklif verecek firmaların cihaza arıza tespiti de bulunup teknik servis raporunu biyomedikal birimine vermek zorundadır.
2. Arıza tespiti biyomedikal birimden bir görevli gözetiminde yapılacaktır.
3. Tamir edilen cihazlara 6 ay tamir 1 yıl parça garantisi verilecektir.
4. Arıza tespitinde bulunmayan firmaların teklifleri dikkate alınmayacaktır.
5. AESCULAP Marka GK375R Model laparoskopik koter ucu tamir olacaktır.

HAZIRLAYANLAR

Mehmet UÇAR
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknikleri

ONAYLAYAN

Fatih ANBAL
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknikleri



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 0
İstem Tarihi : 06/08/2018
Açıklama :
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 06/08/2018 10:26:00

Malzeme Kodu : TM5061
Malzeme Adı : KARL STORZ MARKA (TÜM MODELLER) HİSTEROSKOPIK MAKAS TAMİRİ

HİSTEROSKOPIK MAKAS TAMİR ŞARTNAMESİ

1. Teklif verecek firmaların cihaza arıza tespitini de bulunup teknik servis raporunu biyomedikal birimine vermek zorundadır.
2. Arıza tespiti biyomedikal birimden bir görevli gözetiminde yapılacaktır.
3. Tamir edilen cihazlara 6 ay tamir 1 yıl parça garantisi verilecektir.
4. Arıza tespitinde bulunmayan firmaların teklifleri dikkate alınmayacaktır.
5. Karl Storz Marka 26159 EHW Model LOT WU 03 seri nolu histeroskopik makas tamir olacaktır.

HAZIRLAYANLAR

Fatih AKBAL
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknikeri

Mehmet UÇAR
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknikeri

ONAYLAYAN

Teknik Personel Tahsin YILDIRIM

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi