

001-010116

İNTRAOPERATİF DOPPLER PROBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Teklif edilecek doppler propları kliniğimiz demirbaşında bulunan VTI marka intraoperatif doppler cihazı ile tam uyumlu olmalı, tercihen aynı firmanın üretimi olmalıdır.
- 2) Teklif edilecek doppler propları, intraoperatif kullanım için tasarlanmış olmalıdır.
- 3) Proplar bayonet tasarıma sahip olmalı ve bükülebilir özellik taşımaktadır.
- 4) Teklif edilecek doppler probu aşağıda yazılı teknik özellikleri karşılamalıdır:
 - a. Transmisyon Frekansı : 20 MHz
 - b. Transmisyon Şekli : Pulsu gönderim / Devamlı alım
 - c. Prop Çapı : 1,5 mm
 - d. Puls Tekrarlama Frekansı : 156.25 KHz

Prof.Dr. Yusuf ÜNAL
T.C.Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Anestezi ve Reanimasyon
Dip.No: 825 - Dip.Tes.No: 8781

Doç.Dr. Mustafa ARSLAN
T.C.Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip.No: 7716-Dip.Tes.No: 8066

J01-01C118 ENDOSKOPIK DUMAN TAHLİYE SETİ

- 1.Cihaza takılacak gaz filtresi; gaz hortumu seti ile birlikte verilmelidir.
- 2.Gaz tüp seti 3,2m uzunluğunda olmalıdır.
- 3.Gaz hortumu hydrophobic yapıda olmalıdır.
- 4.Gaz tüp seti dakikada maximum 50lt.gaz akışına olanak sağlamalıdır.
- 5.Gaz tüp seti hasta ve cihazı zararlı kontaminasyonlara karşı korumalıdır.
- 6.Filtrenin ucundaki konnektör yapısı ISO standartlarına uygun olmalıdır.
7. Malzemenin filtreleme yüzeyi 320cm² olmalıdır.
8. Malzeme efektif olarak en az %99,995 olarak filtrasyon yapabilmelidir.
- 9.Gaz tüp seti ameliyathanede kullanılan Insufflatör çalışma elemanı markası için üretilmiş olmalıdır.
- 10.Paket üzerinde son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.
- 11.Ürünün CE belgesi olmalı ve paket üzerinde işaretlenmelidir.
- 12.Ürün 10?ar adetlik paketler halinde satılmalıdır.
13. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir. Değerlendirme de ;Ürünün kullanım kolaylığı, teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka esnasında sağladığı avantajlar dikkate alınacaktır.

Prof.Dr. Yusuf ÜNAL
T.C.Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Anestezi ve Reanimasyon
Dip.No: 25 - Dip.Tes.No: 39781

Prof.Dr. Mustafa ARSLAN
T.C.Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip.No: 77 - Dip.Tes.No: 40000