



POST PARTUM HEMORAJ BALONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Doğum sonrası kanama kontrolünde ve yönetiminde kullanılmak amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
- 2-Uterin boşluğu içinde hızlıca tampon sağlayabilir özellikte dizayn edilmiş olmalıdır.
- 3-Normal ya da sezeryandoğumu sonrasında kullanılabilir olmalıdır.
- 4-Balon %100 silikondan imal edilmiş olmalı kesinlikle latex içermemelidir.
- 5-Ürün bir pakette set halinde olmalı ve 1 adet 60 cc lik şeffaf şırıngası set içinde hazır bulunmalıdır.
- 6-Kanamamanın durdurulması gözlemlmek için, şişirildikten sonra balonun distal ucunda açıkta kalacak şekilde bir drenaj bulunmalıdır.Balon 500 ml.şişirildikten sonra distal uçtaki drenaj kanalı 2 cm den daha az olmayacak şekilde kalabilmeli ve kanama takibi yapılabilmesini sağlayabilir özellikte olmalıdır.
- 7-Balonun maksimum şişirme hacmi 500 ml olmalı ve şişirildiğinde uterus anatomisine uyumlu bir şekil almalıdır.
- 8-Distal ucuna yakın bir konumda balonun yerleşik olduğu line hattı 24 fr çapında 54-58 cm uzunluğunda olmalıdır.
- 9-Ürünün literatürü , bilimsel yayınları ve animasyon video kaydı teklif ile birlikte teslim edilmelidir.
- 10-Peel open paketleme ile steril edilmiş olmalıdır.
- 11-Tek kullanım için tasarlanmış olmalıdır.
- 12-Orijinal paketlerde üretici firma ismi ve sterilizasyon miadı yazılı olmalıdır.
- 13-Teklif edilen ürün,T.C ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası na (TITUBB) kayıtlı ve TC Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.
- 14-Teklif verecek firma önceden ilgili malzeme için uzman üyeden uygunluk almalıdır.
- 15-İhaleye katılan firma üretici firmadan aldığı tek yetkili distribütörlük belgesine sahip olmalıdır.




Doç. Dr. Sema GÜLER
T.C. Gazl. Üniversitemin ve Doğum Hastahablim Dahi
Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastahablim Dahi
Dip. No: 13415 DM Fes. No: 78527