



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 0
İstem Tarihi : 13/08/2018
Açıklama :
Bölüm Adı : Nükleer Tıp Stoğu

Döküm Tarihi : 13/08/2018 15:30:00

Malzeme Kodu	Malzeme Adı
J07-073833	GA-68 DOTATATE KASET.

Ga-68 Steril Kasetleri için Teknik Şartname

- 1- Ga-68 sentezinde kullanılacak olan steril kasetler kliniğimizde bulunan tam otomatik sentez ünitesi ve Ge-68/Ga-68 jeneratörü ile uyumlu çalışabilmelidir.
- 2- Steril kasetler, sentez işleminde gerekli olan fosfat tampon çözelti, hepes buffer, etanol, C-18 kartuş, sterilizasyon filtresi, son ürün vialı ve hipodermik iğne içermelidir.
- 3- Steril kasetler Ge-68/Ga-68 jeneratöründen yapılan sağım işlemi sonucu elde edilen Ga-68 çözeltisine işaretlemeye imkan verecek seviyeye getirmek için katyonik ön safsızlaştırma yapabilmelidir.
- 4- Kaset içeriğinde verilecek olan peptid veya antijenler hasta endikasyonuna bağlı olarak sipariş sırasında belirlenecektir.

HAZIRLAYANLAR	ONAYLAYAN
<p>Doc. Dr. Ümit Özgür AKDEMİR T.C.G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi Nükleer Tıp Dip. No: 88-0827/04 Dip. Tes. No: 88823</p> <p>Gökhan Şafak ERGÜN</p>	<p>Prof. Dr. İ. Özlem ATAY T.C.G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi Nükleer Tıp Dip. No: 88AA096 Dip. Tes. No: 47104</p>

Diğer Teknik Personel Gökhan Şafak ERGÜN
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi