

## J06-066529 VENTİLATÖR İÇİN ABDOMEN SENSÖR ŞARTNAMESİ

- 1- Stephan Marka Sophie Model Yenidoğan Ventilator Cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2- Tek kullanımlık olmalıdır.
- 3- Yenidoğan bebeklerde kullanıma uygun olmalıdır.
- 4- Hasta solunum çabalarını hasta diyafram hareketlerinden algılayabilmelidir.
- 5- Ürünle ilgili bir sıkıntı yaşamamak için, ventilatörü üreten firmadan alınmış yetki belgesi teklifle birlikte sunulmalıdır.

Prof.Dr. Canan TÜRKYILMAZ  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  
Dip.No: 87AA053 Dip. The No: 3579, 14012, 40111

Prof. Dr. İbrahim Mustafa Çelimeoğlu  
Kocaeli Tıp Fakültesi  
Pediyatri ve Hast. A.D. / YENİDOĞAN B.B.  
Dip. No: 9504.A.006  
Etilik No: 67437