

J01-012149 OR3070 DAİRESEL STAPLER 28 MM

- 1.Tamamı disposable olmalıdır.
- 2.Açık ve Endoskopik cerrahide kullanım için uygun olmalıdır.
- 3.Endoskopik cerrahide kullanım için tüm stapler aksamı hava kacırmama özelliğine sahip olmalıdır.
- 4.Dairesel iki sıralı titanyum zimba yerleştirerek bıçağı ile aradaki dokuyu kesip uç, uca veya uç,yana anastamoz yapabilme özelliğine sahip olmalıdır
- 5.Staplerin uzunluğu dokulara rahat erişim için $27 (\pm 1)$ cm. olmalıdır.
- 6.Güvenli anastomoz hattı için stapler içinde $26 (\pm 2)$ zimba bulunmalıdır.
- 7.Stapler tutaç,çevirme kanadı,emniyet mandalı,eğri şaft ve ayrılabilir anvilten oluşmalıdır.
- 8.Stapler ateşlendikten sonra anvil kısmının anastomoz hattından güvenli biçimde zimba hattına zarar vermeden rahatlıkla geçebilmesi için anvil başının düşmesini sağlayan mekanizmaya sahip olmalıdır.
- 9.Staplerin ateşleme sonrası dokudan rahat ekarte edilmesi anvil kalınlığı $8.5 (\pm 0.5)$ mm olmalıdır.
- 10.Ateşleme sonrası iç lümende yer alan kesi hattı ile stapler hattı arasında $1.9 (\pm 0.5)$ mm mesafe olmalıdır
- 11.Ayrılabilir anvilin şaftının üzerinde bulunan delikler ve plastik bant sayesinde cerrahi aletler ile kolaylıkla tutulabilme özelliğine sahip olmalıdır.
- 12.Anastamoz seviyesini tespit etmek için şaft kısmında metrik çizelgesi olmalıdır.
- 13.Tutacın uç kısmında bulunan penceresinde , staplerin doku üzerinde tam olarak kapatıldığını gösteren indikatörü olmalıdır.
- 14.Anastomozun güvenliği açısından indikatör pencerede görülmediği takdirde stapler ateşleme yapmamalıdır.
- 15.Steril paketin içinde stapler ile birlikte delici trokar bulunmalıdır.
- 16.İki dokunun yaklaştırma anında oluşan basıncı elimine ederek anastomoz güvenliğinin sağlanması için, anvil ve kartuş kısmında delikler bulunmalıdır.
- 17.Zimba bacak uzunlukları ateşlemeden önce $4.8 (\pm 0,2)$ mm, ateşlemeden sonra 2.0 mm olmalıdır.
- 18.Steril paketli malzeme en az 1 yıl miyadlı olmalı ve ürün bilgileri streil paket üzerinde orijinal baskı ile belirtilmelidir.
- 19.Ürün UBB'na kayıtlı olmalıdır.
- 20.Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
- 21.Malzemeyi teklif eden firma distribütörlük veya yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.
- 22.Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir. Değerlendirme de ;Ürünün kullanım kolaylığı, teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka esnasında sağladığı avantajlar dikkate alınacaktır.

Prof.Dr. Abdulkadir BEDİRLİ
T.C. Gaziantep Üniversitesi
Genel Cerrahisi
Genel Cerrahisi Uye.
Dip.No: 7716-Dip.Tes.No: 46664

Doç.Dr. Mustafa ARSLAN
T.C.Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip.No: 7716-Dip.Tes.No: 80005