


J01-011609 (iğne uçlu) E-Z CLEAN MODIFIED NEEDLE ELECTRODE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Standard NEEDLE tip ucu olmalıdır.
 2. Uzunluğu (± 0.5) 7 cm. olmalıdır.
 3. Uç kısmı dokulara zarar vermemek açısından 3mm.ye kadar izole edilmeli ve PTFE (teflon) kaplı olmalıdır.
 4. Kesme ve koagülasyon anında thermal nekrotik doku oluşumunu azaltıcı özelliği olmalıdır.
 5. İstenilen şekle girmeli ve tekrardan eski haline dönmelidir. Bu esnada kırılma ve dökülme gerçekleşmemelidir.
 6. Tüm koter kalemlerine uyumlu olmalıdır. (bu özellik hastanemiz tarafından denenecektir.)
 7. Ürünlerin CE belgesi olmalıdır.
 8. Ürünler ÜTS sisteminde kayıtlı olacaktır.
 9. Kullanılıp denemek üzere 2 şer adet numune getirilecektir.
 10. 12'lik Steril orijinal ambalajlarda olmalıdır.
 11. Ethilen oksit ile steril edilebilmelidir.
 12. Numuneler kullanıldıktan sonra operatör tarafından karar verilecektir.
 13. Distribütörlük veya yetkili satıcı belgesi olmalıdır.
 14. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir.
- Değerlendirme de ; Ürünün kullanım kolaylığı, teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka esnasında sağladığı avantajlar dikkate alınacaktır.



Doç. Dr. Mustafa ARSLAN
T.C. Gazzi Üniversitesi
Gazzi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip. No: 7716-Dip. Tes No: 8000

REUSABLE KOTER PLAĐI ARA KABLOSU TEK GİRİŐLİ TEKNİK ŐARTNAMESİ

- 1 – Őrűn reusable olmalıdır.
- 2 – Kablo, koter cihazı ile birlikte kullanılacak olan disposable koter plađı arasındaki bađlantıyı sađlamalıdır.
- 3 – Kablonun koter cihazına bađlantı ucu Tek Pin giriŐli olmalıdır.
- 4 – Kablonun koter plađı ile bađlantıyı sađladığı tutađ kısmı klemp Őeklinde olmalıdır.
- 5 – Kablo çiftli (split) koter plakları ile kullanılabilmelidir.
- 6 – Kablonunun uzunluđu en az 4,5 metre olmalıdır.
- 7 – Kablo kullanılacak olan koterin giriŐlerine uygun olmalıdır.
- 8 – CE belgesine sahip olmalıdır.
- 9 – Kablo, boyutları 18,3x11,4 cm, iletken yűzey alanı 137cm²'den kűűk olmayan disposable koter plaklarına uyumlu olmalıdır.
- 10 – Kablo paketi üzerinde üretici firmanın vermiŐ olduđu barkod numarası olmalı ve bu barkod numarası sađlık bakanlıđından onaylı olmalıdır.
- 11 – Őrűn numunesi kullanıcı bűlűm tarafından deđerlendirilip, alımına karar verilecektir.

Prof. Dr. Abdulkadir BEDİRLİ
T.C. Gaziantep Üniversitesi
Genel Cerrahi Anestesi Uye.
Dip. No: 19383/23151 Dip. Tes. No: 45664

Doç. Dr. Mustafa ARSLAN
T.C. Gaziantep Üniversitesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip. No: 7716 Dip. Tes. No: 8004