

HASTA TRANSFER SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sistem, hastaları yataktan sandalyeye, sandalyeden yatağa ve kısa süreli transferlere uygun yapıda olacaktır.
2. Sistem değişik taşıma aparatları ile değişik pozisyonlarda hasta transferinin gerçekleştirilmesine imkan verecektir.
3. Sistemin şasisi paslanmaya karşı, dayanıklı ve hafif olması için alüminyumdan olmalıdır.
4. Sistemin 2(iki) farklı taşıma hızı olmalıdır.
5. Sistem akülü ve el kumandalı olmalıdır.
6. Sistemde batarya şarj göstergesi olmalıdır.
7. Sabit kontrol ünitesi üzerinde; 2(iki) farklı taşıma hızı butonları, el kumandasının kullanıldığını gösterir ışıklı ikaz, limitin üzerinde yük ikaz ışığı, servis ikaz ışığı, kullanım süresi ikaz ışığı olmalıdır.
8. Ürünün taşıma aparatı kanca bağlantısı zeminden hasta alınmasını sağlayacak kadar yere yakınlaşabilmelidir.
9. Sistemin ayak açısı, güvenlik ve transfer açısından kumandadan elektrikli olarak açısı artırılıp düz konuma getirilebilir olmalıdır.
10. Ürün en az 4 tekerlekli olmalı ve bu tekerleklerden en az iki tanesi frenli olmalıdır. Tekerlekler en az 90 mm. çapında ikiz teker özelliğinde olmalıdır.
11. Sistemde acil durumlarda alçaltma yapılabilecek özellikte butona sahip olmalıdır.
12. Teklif edilen ürünün taşıma kapasitesi en az 245 kg olmalıdır.
13. Sistemle birlikte aşağıdaki aksesuarlar verilmelidir;
 - a) 4 adet M boyutlarında oturarak taşıma aparatı.
 - b) 2 adet hastayı yatar pozisyonda kaldırmak için tasarlanmış lifte montajlanarak kullanılan taşıma kolu verilmelidir. Taşıma kolu emniyetli 8 adet kancaya sahip olmalıdır. Taşıma kolu üzerinde, hasta üzerine yatırıldığında dengesini ve ileri geri kaymasını sağlayan özel bir sistem olmalıdır. Taşıma kolu hastayı yatay pozisyonda kaldırmaya yardımcı olacak taşıma bezi ile birlikte verilmelidir.
 - c) Lift, elektronik tartı ile beraber temin edilmelidir. Tartı min. 10 kg. (+/- 0,5 kg.) max. 350 kg. (+/- 5 kg.)'a kadar hastayı güvenle tartabilecek özellikte olmalı ve tartının okuma duyarlılığı en fazla +/- 0,2 kg. olmalıdır. Tartının ağırlığı 0,6 kg. (+/- 0,1 kg.) olmalıdır.
14. Teklif edilen ürün 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.

Prof. Dr. Lale KARADAYIK
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Dip. No: 6782 Dip. Tes. No: 39307

Ortm. Dr. Eda MACİT AYDIN
Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD.
Yoğun Bakım BD.
Dip. Tesc. No: 117171