

YETİŞKİN LARİNGOSKOP SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Laringoskop: handle, blade, taşıma çantası, yedek ampül ve alkalin pilden oluşmalıdır.
 - 2.Laringoskop'un handle ve blade'i paslanmaz çelik olmalıdır, krom kaplama veya üzeri kaplama materyalden üretilen ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir. Laringoskop seti dezenfektan solüsyonlarla temizlenebilmeli ve 134°C derecede otoklav edilebilmelidir. Ürün bladelerin paslanmaz çelik olduğu orijinal katalogundan da gösterilebilmeli ve blade üzerinde paslanmaz çelik olduğunu gösterir 'ss' işareti bulunmalıdır.
 - 3.Aydınlatma sistemi fiberoptik özellikte olup, fiber doku 5 mm çapında bıçaklı olmalı, fiber yolu ana gövde içerisinde bulunmalı ve dış kısımdan ekleme olmamalıdır. Led ampül ile parlak ve gün ışığı; doku rengini yakalayabilmeli mükemmel aydınlatma ve odaklama sağlamalıdır. Fiberoptik yapı 5mm özelliği orijinal kataloğundan da gösterilebilmelidir.
 - 4.Handle üzerinde, modüler yapıda 100.000 saat ömürlü Led kartuş ampül bulunmalıdır. Ve her set için bir adet yedek kartuş led ampül verilmelidir.
 5. Handle piyasada kolay bulunabilen iki adet alkali pil ile çalışmalıdır.
 6. Handle ile blade'in birleşme yeri çengel tip olmalı ve bladeleri bilyeli sistem olmalı, yerinden işlevi bozacak şekilde oynamamalı ve çıkmamalıdır. Laringoskopun bu özelliği numunesi üzerinden görülecektir. Blade üzerinde blade numarası ve üretici firma adı yazılı olup renk kodlu olmalıdır.
 7. Handle orta boy ve elin kaymaması için kunurled yapıda olmalıdır. Handle fiberoptik yapıda olmalıdır. Bladeler üzerinde paslanmaz çelik materyalden üretildiğini gösterir ss (stainless stell) işareti bulunmalıdır.
 8. Blade'ler görüş alanını kapatmayacak ve entübasyonu zorlaştırmayacak özellikte olmalıdır.
 9. Her bir setin içinde yetikşin hastaların entübasyonuna uygun olacak boylarda set içinde aşağıdaki işaretli olan bladeler ve bir adet medium boy handle bulunmalıdır. Handle knurled yapıda olmalıdır. İstenilen blade boyları orijinal kataloğundan da gösterilecektir.
 - Machintosh 2
 - Machintosh 3
 - Machintosh 4
 10. Ürün CE belgeli olmalı ve 7376 standardına sahip olmalıdır. Bu husus orijinal kataloğundan da gösterilebilmelidir. Ürüne ait UBB kaydı bulunmalıdır.
 11. Teklif veren firmalar teknik şartnameye uyguluk belgesi ve numune vereceklerdir. Teknik şartnameye uymayan ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- YEDEK PARÇA VE AKSESUARLAR;**
12. Kutu: Handle ve Bladelere uyumlu sert pilastikten mamül koruyucu taşıma çantası verilecektir.
 13. Her handle için 4 adet alkalin pil verilecektir.
 14. Her handle için bir adet modüler yapıda 100.000 saat ömürlü LED kartuş ampül verilmelidir. Led ampülün lamba ömrü orijinal kataloğundan da gösterilmelidir.
- TEKNİK SERVİS VE GARANTİ;**
15. Cihaz 3 yıl garantili olup bu garanti satıcı firma tarafından verilecektir.
 16. İsteklilerin TC. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.
 17. Garanti bitiminden sonra en az 10 yıl süre ile ücreti karşılığında yedek parça sağlayacaktır.
 18. Firmalardan birtakım testlerin yapılması istenebilir. Bu testlerin yapılabilmesi için gerekli personel ve düzeneği satıcı firma sağlayacaktır.
 19. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasardan satıcı firma sorumludur.
 20. Montaj: Cihaz herhangi bir montaj gerektirmemekte olup, teslimat aşamasında çalışır durumda ve teknik şartnamede istenen yedekleri ve aksesuarları ile birlikte teslim edilecektir.

KUC Servis Sorumlusu

Pinar Jelir Tos
P.A.

KUC YB Sorumlusu

Ayşen Gökçek
J. Gökçek Çiçek
C.A.

18. Montaj: Cihazların montajı firma tarafından hastanece tahsis edilen mahallerde firma teknik elemanlarınca tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edilecektir.
19. Eğitim: ihaleyi alan firma, cihazın kullanımı, bakımı ve olası arızaların giderilmesi ile kalibrasyonuna ilişkin konularda kendi eğitilmiş personeli tarafından cihazın kullanımı arızaya müdahaleyi ve cihazın teknik servis eğitimini Teknik Hizmetle Müdürlüğü birimine ve Hastane İdaresinin belirleyeceği kullanıcı 10 adet personele üç gün süre ile ücretsiz verecektir.

İKUC Sorumlusu Sorumlusu

Pinar Deniz



İKUC Yb. Sorumlusu

Ayşe Göçek

J. Göçek Çitak

