

TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ ÇİFT BALONLU NO 8.5

Kafın sürekli aynı yere bası yapıp dokulara zarar vermesini önlemek amacıyla dönüşümlü olarak irilebilecek iki ayrı kafı bulunmalıdır.

Kaf yapıları yumuşak ve trakeaya en az şekilde temas edecek özel profil kesimli olmalıdır. Kaf lar düşük-yüksek hacim özelliğine sahip olmalıdır.

Non-toksik silikonize PVC'den imal edilmiş olmalıdır.

Kaf ların pilot balonlarının tek yönlü valf sistemi olmalı

Kaf ların ayırt edilebilmesi için pilot balon valfleri ayrı renkte olmalıdır.

Kanülün tam yerinde olduğunun tespiti için radyopak mavi çizgi (Blue Line) tüp boyunca bulunmalıdır.

Temsil edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarıyla en az iki yıl miyadlı olmalıdır.

Denenmek üzere numune teslim edilmelidir.(numuneler orijinal ambalajında olmalıdır)

Temsil edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır.Orijinal ambalajının üzerinde üretim,son kullanma tarihi bilgileri olmalıdır.

Ürün CE belgesine sahip olmalı ve UBB barkodu olmalıdır

Uzm. Dr. Diler TAŞ KILIÇ
Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Yoğun Bakım Ünitesi
Uzm. Tescil No: 123302

Prof. Dr. Şakir Aygünel
Bilme

93.011.065 İç Hastalıkları YBU



TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ ÇİFT BALONLU NO:8

Kafın sürekli aynı yere bası yapıp dokulara zarar vermesini önlemek amacıyla dönüşümlü olarak kullanılacak iki ayrı kafı bulunmalıdır.

Kaf yapıları yumuşak ve trakeaya en az şekilde temas edecek özel profil kesimli olmalıdır. Kaf lar düşük-sıng-yüksek hacim özelliğine sahip olmalıdır.

Non-toksik silikonize PVC'den imal edilmiş olmalıdır.

Kaf ların pilot balonlarının tek yönlü valf sistemi olmalı

Kaf ların ayırt edilebilmesi için pilot balon valfleri ayrı renkte olmalıdır.

Kanülün tam yerinde olduğunun tespiti için radyopak mavi çizgi (Blue Line) tüp boyunca bulunmalıdır.

Tem teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarıyla en az iki yıl miyadlı olmalıdır.

Denenmek üzere numune teslim edilmelidir.(numuneler orijinal ambalajında olmalıdır)

Tem teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır.Orjinal ambalajının üzerinde üretim,son kullanma tarihi bilgileri olmalıdır.

Ürün CE belgesine sahip olmalı ve UBB barkodu olmalıdır

Prof Dr Şişli Etfak Hastanesi
Bilgi

93.011.065

İç Hastalıkları UBB



