



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 1162  
İstem Tarihi : 07/09/2018  
Açıklama : Hastanemiz Kardiyoloji Ünitesinde kullanılan GE marka S5 model cihaz için gerekmektedir.  
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 07/09/2018 11:30:00

Malzeme Kodu : TM3001  
Malzeme Adı : GE MARKA ULTRASON CİHAZI İÇİN PROB TAMİRİ.

ULTRASON CİHAZI 6T PROBU  
TAMİR ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz Kardiyoloji Ünitesinde kullanılan GE marka S5 model cihazdır.
2. Teklif verecek firmaların cihaza arıza tespiti de bulunup teknik servis raporunu tıbbi cihaz birimine vermek zorundadırlar.
3. Cihazın parçaları orijinal değişmelidir.
4. Tamir edilen cihaza 6 ay tamir garantisi verilecektir.
5. Teklif veren firmaların hizmet yeterlilik belgesi veya yetkili servis belgesini kuruma vermesigereklidir.
6. Çalışır durumda teslim edilecektir.

| HAZIRLAYANLAR   | ONAYLAYAN |
|---|-----------|
| <p>Burak KOÇAK</p> <p>Erkan ÇETİN<br/>T.C. Gazi Üniversitesi<br/>Gazi Hastanesi<br/>Bastek Servis Yr.</p> |           |

Burak KOÇAK  
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi