

TEKRAR KONUMLANDIRILABİLİR HEMOCLİP TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hemoclip endoskopik işaretlemede kanamalı ülserlerin, poliplerin tedavisinde, Jejunal beslenme tüplerinin ince bağırsağın duvarına bağlanmasında kullanılabilir olmalıdır.
2. Hemoclip önceden yüklenmiş olmalıdır.
3. Hemoclip endoskopik yöntemle kullanılabilir olmalıdır.
4. Hemoclip çapı 2.3mm ve 230cm olmalıdır..
5. Hemoclip'in etkili doku kavraması için açılmış ölçüsü 13mm uzunluğu 8,7mm olmalıdır.
6. Hemoclip'in uç açısı 135° olmalıdır.
7. Hemoclip tek kullanımlık olmalıdır.
8. Hemoclip döndürülebilir ve yeniden pozisyonlandırılabilir olmalıdır.
9. Hemoclip radyopak olmalıdır.
10. Hemoclip rahat konumlandırabilmek için uç kısmı flexible olmalıdır.
11. Hemoclip tek tek steril paketlenmiş ve ambalaj üzerinde son kullanım tarihi belirtilmiş olmalıdır.
12. Malzemenin Uluslararası standartlara uygunluğu olmalıdır.
13. Malzemenin ÜTS kaydı olmalıdır.

Prof. Dr. Mehmet İriş
T.C. Gaziantep Üniversitesi
Gazi Halkalılar
İç Hastalıkları Gastroenteroloji Öğrt. Üyesi
Dip.No: 92-955 Dip.Tes.No: 71571

Prof. Dr. Mehmet AKMAN
T.C. Gaziantep Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Gastroenteroloji Öğrt. Gör.
Dip.No: 96011016 Dip.Tes.No: 78836

PERKÜTAN GASTROSTOMİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Uygulanış şekli Pull Teknik için uygun olmalıdır.
- 2- Kitin paketi üzerinde son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
- 3- Ürün steril tekli ambalajda bulunmalıdır.
- 4- Ambalaj bütünlüğü bozulmamış ve şeffaf olmalıdır.
- 5- Setin ucunda yer alan silikon mantar kolay çıkmayı engelleyici olmalıdır.
- 6-Sağlık Bakanlığı ve FDA onayı olmalıdır.
- 7- Paket üzerine orijinal fabrika çıkışlı malzeme olduğunun anlaşılabilmesi için etiket dışında üretici firma logo ve bilgileri yer almalıdır.
- 8- Ürün Perkütan Endoskopik Gastrostomi girişimi için gerekli aksesuarlar PVC kap içerisinde set halinde olmalıdır.
- 9- Numuneler klinikte denendikten sonra karar verilecektir.

Set içeriği şu şekilde olmalıdır:

- 1 adet minör cerrahi örtüsü
- 25 G x 1" enjeksiyon iğnesi
- Üzerinde 6 cm'lik ölçü skalası olan no:11 Cerrahi bıçak
- 1 adet snare
- 1 adet anjiokat veya seldinger iğne
- 1 adet tel görünebilirliğini artırmak amacıyla mavi renk kılavuz tel (150 cm.lik)
- 1 adet Silikon 20 Fr Peg Tup, 9 cm'a kadar yazı ile 9cm'den 15cm'ye kadar çizgi ile uzunluk belirteciler bulunmalıdır. Tüpün mide içerisinde kalan kısmı yüksek dereceli silikon Dome şeklinde olmalıdır.
- 4 x 4 steril spanç
- 1 adet makas
- PEG Tüp ile uyumlu ile uyumlu 2 adet external bolsters
- 1 adet C klemp
- Peg Tüp'ün dış kısmı ile uyumlu 1 adet Y port
- 4 adet 2 x 2 drenaj sponge

Prof. Dr. Mehmet İDİŞ
T.C. Gaziantep Üniversitesi
Gaziantep Hastanesi
Gastroenteroloji Öğrt. Üyesi
İç Hastalıkları Öğrt. Üyesi
Dip.No: 98011016 Dip. Tes.No: 78836

Doç. Dr. Mehmet İDİŞ
T.C. Gaziantep Üniversitesi
Gaziantep Hastanesi
Gastroenteroloji Öğrt. Gör.
Dip.No: 98011016 Dip. Tes.No: 78836