



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 1164  
İstem Tarihi : 07/09/2018  
Açıklama :  
Bölüm Adı : Göz Poliklinik Ameliyathanesi Stoğu

Döküm Tarihi : 12/09/2018 09:13:00

**Malzeme Kodu** : S-01130032  
**Malzeme Adı** : FAKOEMÜLSİFİKASYON (FAKO) CİHAZLARINA UYGUN KASET (3/G)

**FAKO CİHAZI FUL PHACO SETİ (30 Adet)**

1. Kaset sistemi Kliniğimizde bulunan FAROS model fako vitrektomi cihazına bire bir uygun olmalıdır.
2. İrrigasyon ve aspirasyon hatları kaset sistemi ile bütünleşik olmalıdır.
3. Kaset sıvı alış verişini sağlamak için kullanılan hortumlar silikondan üretilmiş olmalıdır.
4. İrrigasyon ve aspirasyon hatları kasete üretim esnasında sabitlenmiş olmalıdır ve fako elciğine takılacak konnektörleri her hangi bir şekilde yanlış bağlantıya imkan tanımamalıdır.
5. Kasetin aspirasyon hattını oluşturan hortum sisteminin yüksek vakumlarda güvenle kullanılması için sertliği ve et kalınlığı artırılmış olmalıdır.
6. Tüm set tek bir steril blister paket içinde olmalıdır.
7. Paket üstünde steril metodu, üretim tarihi son kullanma tarihi lot no ve üretici firma bilgileri yazılı olmalıdır
8. Orjinal ürün dışında teklif veren firma, cihazın malzemeden kaynaklanan arızası durumunda cihazın yetkili servisine ücreti mukabili tamir ettireceğini belirten noter tasdikli belge verecektir. Ayrıca cihazın tamiri süresince aynı cihazı bırakmayı garanti ve taahhüt etmelidir. Noter tasdikli taahhütname vermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
9. fako kitlerinin 2.8 mm olan kaset sayısı 30 adet 2.8 mm olan kaset sayısı 20 adet olmalıdır.
10. Cihazın çalışabilmesi için hava kompresörü temin edilmelidir.
11. Paket içeriği (her pakette)
  - 1 adet kaset sistemi
  - 1 adet sıvı atık torbası
  - 1 adet kan seti
  - 1 adet uzaktan kumanda örtüsü
  - 1 er adet 2.2mm ve 2,8 mm çapında 30 derece açılı phaco tip
  - 1 adet irrigasyon sleeve
  - 1 adet test chamber
  - 1 adet tip sıkacağı
  - 1 adet metal güvenlik anahtarı şeklinde olmalıdır.

<p>Dr. Bahri HAZIRLAYANLAR Göz Hastahkları Dip.No: 00392-086</p> <p>Doç.Dr. Ahmet M. BONDUR T.C.Gaz Üniversitesi Göz Hastahnesi Göz Hastahnesi Uzmanı Dip.No: 00392-104 - Dip.Tes.No:90911</p>	<p>ONAYLAYAN</p>
--	------------------