



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 0
İstem Tarihi : 20/09/2018
Bölüm Adı : Ameliyathane Stoğu

Döküm Tarihi : 20/09/2018 10:37:00

Malzeme Kodu : J01-01A733
Malzeme Adı : UR1034 POLİÜRETAN DJ/SINGLE J KATETER 4.8 F 28 CM.

DOUBLE-J ÜRETER KATETERİ (4.8 F) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kateter insanda kullanıma uygun malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. Bir ucu kapalı, diğer ucu açık şekilde olmalıdır, loopların ve gövdenin üzerinde drenaj delikleri olmalıdır.
3. Kateter 4.8 F kalınlık ve 28. cm uzunlukta olmalıdır. Uçları J şeklinde kıvrık olmalıdır.
4. Kateter üzerinde santimetre çizgileri ve kateterin çapı, boyu ve markasını gösteren bilgiler bulunmalıdır.
5. Röntgen ışınları ile görülebilir olmalıdır.
6. En az 150 cm uzunluğunda, PTFE kaplı, bir ucu sert, bir ucu fleksible rehber teli bulunmalıdır.
7. En az 90 cm uzunluğunda, poliüretandan üretilmiş, stentle aynı çapta, üreterorenoskoptan da kullanıma uygun iticisi bulunmalıdır.
8. Paket içinde 2 adet klemp bulunmalıdır.
9. Ürünün en az iki yıllık son kullanma tarihi bulunmalıdır
10. Ürün uluslararası kalite belgelerine sahip olmalıdır
11. Yukarıdaki malzemeler tek bir set şeklinde bir ambalaj içinde olmalıdır.
12. Ambalaj üzerinde üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.
13. Malzeme ithal ise Türkiye'de yerleşik ithalatçı firması veya bayisi bulunmalıdır.
14. Teklif ile birlikte bir adet numune verilmelidir.

Prof. Dr. Metin ONARAN
T.C.G.Ü. T.F. Gazi Hastanesi
Üroloji
Diploma No: 10996
Dip. Tescil No: 84227

Prof. Dr. Yusuf ÜNAL
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Anestezi ve Reanimasyon
Dip. No: 825 - Dip. Tes. No: 69781
Anest. ve Reanimasyon
Dip. No: 825 - Dip. Tes. No: 69781

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN