



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 0
İstem Tarihi : 20/09/2018
Bölüm Adı : Reanimasyon Yb Stoğu

Döküm Tarihi : 20/09/2018 13:50:00

Malzeme Kodu **Malzeme Adı**
J01-019872 CİLDİ YAKMAYAN BARIYER FİLM SPREY (GUAR-GOM İÇERİKLİ).

Cildi Yakmayan Bariyer Film Teknik Özellikleri:

1. Hexamethyldisiloxane, isoctane, acrylate terpolymer, polyphenylmethyilsiloxane içermelidir.
2. Polimerik bir solüsyon olmalıdır.
3. Uniform bir film oluşturmaktadır.
4. Alkol içermemelidir.
5. Cildi yakmamalıdır.
6. Oksijen ve nem geçişine izin vermelidir.
7. Hem risk altındaki, hem de bütünlüğü bozulmuş ciltte kullanılabilir.
8. Maserasyon ve cilt soyulmasına karşı cildi korumalıdır.
9. Flaster uygulamalarında yapışma gücünü azaltmamalıdır.
10. Şeffaf olmalıdır.
11. Sıvı geçirmemelidir.
12. Uygulandıktan sonra 30 saniye içerisinde kurumalıdır.
13. Sitotoksik olmamalıdır.
14. Petrolatüm bazlı olmamalıdır.
15. Aşağıda listelenen endikasyonlarda kullanıma uygun olmalıdır;
 - Birinci derece bası yarası,
 - İnkontinans bölgesi
 - Stoma bölgesi
 - Venöz ülserleri
 - Yara çevresi
 - Yapışkan travması
16. Yetişkinlerde, çocuklarda ve 1 ayın üzerindeki infant?larda kullanılabilir.
17. Sprey Formda olmalıdır.
18. Steril olmalıdır.
19. Toksik olmamalıdır.
20. ISO ve CE belgesi olmalıdır.
21. Numune görülmeli.

Uzm. Dr. Eda MACİT AYDIN
Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Yoğun Bakım U.D.
Dip. Tes. No: 117271

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

Prof. Dr. İzzet KARADİYYİK
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Dip. No: 6762 Dip. Tes. No: 39307