

ELASTİK HİDROFİLİK NİTİNOL GÜDE WİRE (0.35 İNÇ)

TEKNİK ŞARTNAME

1. Guide wire , kırılmayan ve büküldüğünde tekrar şeklini bulan ,form hafızalı elastic olan Nitinol den üretilmiş olmalıdır.

2. Klavuz telin tamamı Nitinol core with hidrofilik coating özelliği ile kaplı olmalıdır.

3. Guide wire , 0.35 inch çapta ve 150 cm uzunlukta badisi stiff ve standart uçlu olmalıdır.

4. Uc kısmının 3 cm düz olmalıdır.

5. Hepsi aynı paket içinde ve steril olmalıdır.

6. Paketin üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanım tarihi belirtilmiş olmalıdır.

7. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir. Değerlendirme de ;Ürünün kullanım kolaylığı, teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka esnasında sağladığı avantajlar dikkate alınacaktır.


Prof. Dr. Metin ONARAN
T.C.G.U. T.F. Gazi Hastanesi
(Anestezi)
Dip. No: 10996
Dip. Tescil No: 84227


Prof. Dr. Y. AFUNAL
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Anestezi ve Reanimasyon
Dip. No: 826 - Dip. Tes. No: 69781