

SONICAID MARKA FETAL MONİTÖR PRİNER KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1 . Kağıdın her yaprağı 143*150 mm ebatında olmalıdır.
2. Teklif edilecek kağıt sonicaid Team 3, Team Standard ,Team Duo,Team IP Trend model fetal mönitörler ile kullanıma uygun olmalıdır.
3. Kağıdın ambalaj halindeki yüksekliği 12 mm olmalıdır.
4. Kağıt alkol bazlı olmalıdır.
5. Bir top kağıt 150 sayfadan oluşmalıdır.
6. Nem ve dış etkenlerden korunabilmesi için kağıt topu şeffaf ambalaj içinde olmalıdır.
7. Yazıcı kağıdı termal özellikte ve skalasız olmalıdır.Trase ve skala cihaz tarafından çizilmelidir.
8. Teklif verecek firma cihazların üretici ya da distribütöründen alınmış yetki belgesini teklif ile beraber sunmalıdır.

Prof. Dr. Mustafa KARABACAK
T.C. Gazı Ünlü Hast. Fak. Hast.
Radin Hastahane A.D. Başkanı
Dip. No: 1898 No: 31521

Öğr. Gör. Dr. Ertan DEMİRDAĞ
T.C. Gazı Ünlü Hastahane Fak. Hast.
Kadın Hastahane ve Doğum A.D.
Dip. No: 163745 Dip. Tes. No: 13036