



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ



İstem No : 1324  
İstem Tarihi : 19/09/2018  
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 02/10/2018 09:13:00

Malzeme Kodu : J06-064691  
Malzeme Adı : OKSİJEN SENSÖRÜ.

Oksijen Sensörü Teknik Şartnamesi

1. İmtmedical ag - PF-300 ve Fluke - VT Plus cihazlarına uygun birer adet oksijen sensörü
2. Sensör üretim tarihinden itibaren en fazla beş ayı geçmiş olmalıdır.
3. Yükenici 1 yıl garanti taahhüdü vermelidir.
- 4.

HAZIRLAYANLAR	ONAYLAYAN
<p>Hatir Öz Tekniker </p>	<p>Atilla AKAŞ Tekniker </p>

Burak KOÇAK

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi