

J01-010177 DISPOSABLE AMBU MASKESİ NO:1 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Prematürite ve term bebekler için 2(iki) boyu olmalıdır.
- 2- Maskenin hava yastığı olmalı.
- 3- Hava yastığı şişirildikten sonra bebeğin yüzüne tam oturmalı, hava kaçağı olmamalıdır.
- 4- Ürün tek kullanımlık olmalıdır.

  
Doç. Dr. Mehmet Akın Akıncı  
T.C.S.T. Özel Hastanesi  
Çocuk Sağ. ve Hast. A.D. / YENİŞEHİR E.Ş.  
Eğ. No: 8604.A.066  
Eğ. Tescil No: 87467

  
Prof. Dr. Esin KÖÇ  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Çocuk Sağlığı ve Hast. A.D.  
Diploma No: 86AA124

J01-01C088 DISPOSABLE AMBU MASKESİ NO:0 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Prematürite ve term bebekler için 2(iki) boyu olmalıdır.
- 2- Maskenin hava yastığı olmalı.
- 3- Hava yastığı şişirildikten sonra bebeğin yüzüne tam oturmalı, hava kaçağı olmamalıdır.
- 4- Ürün tek kullanımlık olmalıdır.

  
Prof. Dr. Mustafa Kemal Koc  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Çocuk Sağ. ve Hast. A.D. / Nispetiye Kampüsü 2. B  
Eğ. No: 8644.A.000  
Dip. Tescil No: 87457

  
Prof. Dr. Emin Koc  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.  
Diploma No: 86AA124

## J01-01A500 FOTOTERAPİ GÖZ BANDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

### 1. VAZGEÇİLMEZ TIBBİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yenidoğanların fototerapi ışığından korunması amacıyla en üst düzeyde koruma sağlamalıdır.
- Disposable olmalıdır.
- Gözlere zararlı ışığı %100 bloke etmelidir.
- Geçirgen dokuması sayesinde bebeğin başına fototerapi ışığının erişimini engellememelidir.
- Baş üzerinde kaymadan durmalı ve ayarlanabilir bantlar ile çıkması için tutturulabilmelidir.
- Bebeğin cildini tahriş etmeyecek esnek, yumuşak ve lateksiz karbon materyalden imal edilmiş olmalıdır.
- İki farklı boyu(Büyük) bulunmalıdır ve ürünün üzerinde boyu belirtilmiş olmalıdır.
- Tekli ambalajda olmalıdır.

  
Prof. Dr. Esin KOÇ  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Çocuk Sağ. ve Hast. A.D. / Yoğurtçukale E. D.  
Eğ. No: 86AA124  
No: 86AA124

  
Prof. Dr. Esin KOÇ  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Çocuk Sağlığı ve Hast. A.D.  
Diploma No: 86AA124

## J01-01A511 FOTOTERAPİ GÖZ BANDI (KÜÇÜK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

### 1. VAZGEÇİLMEZ TIBBİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

- a) Yenidoğanların fototerapi ışığından korunması amacıyla en üst düzeyde koruma sağlamalıdır.
- b) Disposable olmalıdır.
- c) Gözlere zararlı ışığı %100 bloke etmelidir.
- d) Geçirgen dokuması sayesinde bebeğin başına fototerapi ışığının erişimini engellememelidir.
- e) Baş üzerinde kaymadan durmalı ve ayarlanabilir bantlar ile çıkması için tutturulabilmelidir.
- f) Bebeğin cildini tahriş etmeyecek esnek, yumuşak ve lateksiz karbon materyalden imal edilmiş olmalıdır.
- g) İki farklı boyu(Küçük) bulunmalıdır ve ürünün üzerinde boyu belirtilmiş olmalıdır.
- h) Tekli ambalajda olmalıdır.

  
Prof. Dr. Esin KOC  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Çocuk Sağlığı ve Hast. A.D.  
Diyarbakir  
Diyarbakir No: 67455

  
Prof. Dr. Esin KOC  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Çocuk Sağlığı ve Hast. A.D.  
Diyarbakir  
Diyarbakir No: 67455