

ENTERAL BESLENME POMPA SETİ (YIKAMALI)

1. Beslenme torbası ve pompa seti birbiri ile uyumlu olmalıdır.
2. Beslenme torbası 1000ml beslenme ürünlerini alabilmeli ve 1000ml yıkama torbası bulunmalıdır. Torba üzerinde volüm skalası olmalıdır.
3. Setin ucunda beslenme tüpüne bağlantı yapılmasına olanak sağlayan aşamalı male(erkek) konnektör bulunmalıdır.
4. Beslenme ve yıkama setinin üzerinde 100 ml aralıklı derecelendirme çizgileri bulunmalıdır.
5. Beslenme seti DEHP(dietileksil fitalat) içermemelidir.
6. Setin üzerinde hasta takip formunun konulması için bölme bulunmalıdır.
7. Enteral ve yıkama setleri pompaya takılan yerde birleşmelidir.
8. Setlerin ambalajı üzerinde lot ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
9. Setler ve kullanılan pompalar kalibre edilebilir ve kalibrasyonunun rapor halinde sunulması gerekir.
10. CE belgesine sahip, ürün üzerinde yazılı olmalıdır.
11. Torba ve set düzenli besin akımı sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
12. Set tüm nazogastrik sondalara uyum sağlamalıdır.
13. Torbanın ürün dolduracak ağzı üst kısımda olmalıdır.
14. Pompa 5ml/saat'ten başlayarak istenilen miktarda besini verebilecek kapasitede olmalıdır.
15. Setler tekli disposable paketlerde teslim edilmelidir ve steril olmalıdır.
16. Enteral pompa setleri ile birlikte hastanemizde ihtiyacı olan kliniklerin talebini karşılamak üzere en az 150(yüzelli) adet enteral pompa kullanıma bırakılacaktır.
17. Enteral pompaların eğitim, bakım ve onarımları ücretsiz olarak ihaleyi kazanan firma tarafından yapılacaktır. Arızalanan cihazların tamir süresinin 24 saati geçmesi halinde ilgili kliniğe yedek pompa temin edilecektir.
18. Enteral pompaların LCD ekranı olmalıdır ve bu ekranda tüm veriler Türkçe izlenebilmelidir.
19. Setin üzerinde ilaçları verebilmek için ayrı bir giriş bulunmalıdır ve bu giriş enjektörle uyumlu olmalıdır.
20. Ürünün miadı ve sterilizasyon şekli paket üzerinde belirtilmelidir.
21. Teslim tarihinden itibaren ürün en az 2 (iki) yıl miatlı olmalıdır.
22. Pompa belirlenen aralıklarla yıkama yapabilmelidir.
23. T.C. Sağlık bakanlığı onaylı UBB kaydı olacaktır.


Doç. Dr. N. TURKOĞLU
T.C. Sağlık Bakanlığı
İÇ HASTALIKLERİ
Diploma No: 98-01-038
Diy. Tesch. No: 88958
T.C. Sağlık Bakanlığı
HÜSİN BAKIM B.D.
Hastanesi


Prof. Dr. Rıza NAZLI
T.C. Sağlık Bakanlığı
Diy. Hastanesi