



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 0
İstem Tarihi : 27/09/2018
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 27/09/2018 15:24:00

Malzeme Kodu : TM2451
Malzeme Adı : NEBULİZATÖR CİHAZI TAMİRİ.

ULTRASONİK NEBUZATÖR CİHAZI TAMİR ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz Genel Cerrahi ve Plastik Cerrahi servisinde kullanılan marka ve modeli belirtilmiş cihazların tamiri yapılması gerekmektedir.
2. Nebtime marka un600a model e olacaktır.
3. Teklif verecek firmalar cihaza arıza tespitini de bulunup teknik servis raporunu tıbbi cihaz birimine vermek zorundadırlar.
4. Arıza tespitinde bulunmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Tamir edilen cihazlara 6 ay tamir 1 yıl parça garantisi verilecektir.
6. Cihazın değişen parçaları Biyomedikal birimine teslim edilecektir.
7. Nebülizatör çalışır durumda teslim edilecektir.

HAZIRLAYANLAR

Murat DOĞAN
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Servis Birimi

ONAYLAYAN