

## HASTABAŐI MONİTÖRÜ EKG KABLOSU TEKNİK ŐARTNAMESİ

1. Drager marka Infinity C500 model hastabaŐı monİtörünün Infinity M450 model modülüne ve monİtöre uyumlu olacaktır.
2. Teklif veren firmalar numune getirmek zorundandır. Teklifler numuneye göre deęerlendirilecektir.
3. Numune getirmeyen firmaların teklifleri deęerlendirilmeyecektir.
4. Orijinal olacaktır. Yüklenici firma orijinal olduęuna dair belgeyi Tıbbi Cihaz Bakım/Onarım birimine verecektir.
5. Kutulu ambalajlı sıfır ürün olacaktır.

Marat SOLMAZ  
*[Signature]*  
Biyomedikal

Tekniker  
Ömer UYURCA  
*[Signature]*