

T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 67352  
İstem Tarihi : 22.05.2018 00:00:00  
Açıklama :

Döküm Tarihi : 22.05.2018  
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : NRSRYB1  
Bölüm Adı : BEYİN VE SINIR CERRAHİSİ YOĞUN BAKIM1 YB1  
İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-015399	STERİL DELİKLİ ÖRTÜ.	100.00	ADET

Şartname Kodu : 45770

**DELİKLİ ÖRTÜ (75cm X 75cm)**

Örtü kumaşı 75cm X 75cm ebatlarında olup, iki katlı kumaştan yapılmış ve üst katı sıvı emici spunbond non-woven kumaştan, alt katı sıvı geçirmeyen polietilen malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

Kumaş minimum 54gr/m2 ağırlığında olmalıdır.

Örtünün orta kısmında 9 cm çapında bir operasyon deliği bulunmalıdır ve delik etrafı medikal bant ile çevirili olmalıdır.

Örtü orijinal steril ambalajında olup EO sistemi ile steril edilmiş olmalıdır. Ürün etiketinde imalat, son kullanma tarihi, Lot Numarası, Üretici firma bilgileri ve ÜTS kodu bulunmalıdır.

CE belgesi ve ISO13485 belgelerine sahip olmalıdır.

Üretici firma TS EN 13795+A1 standartına göre zorunlu performans testlerini yaptırmış olmalı, test raporlarını dosya halinde sunmalıdır. Bu test raporlarını sunmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Örtüler teslim tarihi itibari ile en az 2 yıl miadı olmalıdır.



Prof. Dr. Şükrü AYKOL  
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
BEYİN VE SINIR CERRAHİSİ  
Diploma No: 1160  
Tıp. Tescil No: 24953



Prof. Dr. Fikret Hüseyin DOĞULU  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Beyin ve Sinir Cerrahi Öğretim Üyesi  
Dip. No: 8319