

109-290805

## Kesici Bıçak Teknik Özellikleri

1. Bıçaklar paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Bıçaklar yumuşak doku korunmasını sağlamalı ve çapraz dişleri sayesinde iyi bir kesme performansı sergilemelidir.
3. Hastanemizde bulunan bataryalı motor sistemine uygun olmalıdır.
4. Kesici aparatının içine kolayca takılabilmeli, ek bir aparata ihtiyaç duyulmamalıdır.
5. Teklif edilecek bıçaklar steril pakette olmalıdır.
6. Teklif edilecek bıçaklar aşağıdaki ölçülerde ve adetlerde olmalıdır.
7. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir. Değerlendirme de; ürünün kullanım kolaylığı, teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka esnasında sağladığı avantajlar dikkate alınacaktır.

Saw Blad 46/25*6*0.6/0.4 AO/ASIF-Coupl	3	Adet
Saw Blad 70/49*10*0.6/0.4 AO/ASIF-Coupl	2	Adet
Saw Blad 46/25*10*0.6/0.4 AO/ASIF-Coupl	2	Adet
Saw Blad 46/25*14*0.6/0.4 AO/ASIF-Coupl	2	Adet
Saw Blad 90/69*18*1/0.8 AO/ASIF-Coupl	1	Adet
Saw Blad 70/49*20*0.6/0.4 AO/ASIF-Coupl	1	Adet
Saw Blad 90/69*18*1.2/1 AO/ASIF-Coupl	1	Adet
Saw Blad 90/69*27*1/0.8 AO/ASIF-Coupl	1	Adet
Saw Blad 90/69*27*1.2/1 AO/ASIF-Coupl	1	Adet

  
Dr. Öğrt. Üyesi M. Baybars ATAÖĞLU  
T.C.G.U.T.F. Gazi Hastanesi  
Ortopedi ve Travmatoloji  
Diploma No: 13866 Dip.Tes.No: 117179

  
Prof. Dr. Yusuf ÜNAL  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Anesteziyoloji Uzmanı  
Dip. No: 825 - Dip. Tes. No: 89781