

ENTÜBASYON KANÜLÜ (KAFSIZ)
NO: 3,5 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kafsız olmalıdır.
- 2- Steril olmalıdır.
- 3- Kanülün üzerinde entübasyonun seviyesini görmek için numaralar olmalıdır.
- 4- Kullanım kolaylığı sağlaması için, yumuşak malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- 5- Radyopak olmalıdır.


Prof. Dr. Erhan ÇETİNKAYA
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Yenidoğan Hast. Üniv. A.B.
Etiler/Beştepe/ANKARA


Prof. Dr. Erhan ÇETİNKAYA
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Yenidoğan Hast. Üniv. A.B.
Etiler/Beştepe/ANKARA