



T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 1464

Döküm Tarihi : 28/09/2018 09:08:00

İstem Tarihi : 28/09/2018

Bölüm Adı : Çocuk Hemodinami Stoğu

Malzeme Kodu

Malzeme Adı

J01-012008

GR1001 ANJIYOGRAFİ KATETERİ (ÖRGÜLÜ, YUMUŞAK UÇLU) 5 F. (PIGTAIL)

- 1-5F ebadında olacaktır
- 2-Ventrikülografi, aortografi için kullanılacak olup pigtail özelliğinde olacaktır.
- 3- Esnek ve yumuşak bir materyalden yapılmış olacaktır.
- 4- Uzunluğu 90-110 cm olmalıdır.
- 5- Önceden şekillendirilmiş uçlarının (memory) damara girişte yönlendirilirken guide-wire ile düzeltildiğinde tekrar eski haline gelebilecek kuvvetli aynı materyalden hafızası olacaktır.
- 6- Mükemmel torque (döndürme) kontrollü ve manevra yapma kolaylığı açısından kateterin ucu hariç kenar duvarları örgülü çelik telle beslenmiş olacaktır.
- 7- Kateter üzerindeki delikler pediatrik kullanıma uygun olarak loop üzerinde yer alacaktır. Deliklerin uç noktaya olabildiğince yakın olması tercih sebebidir.
- 8- Kateterin bağlantı ucu "Luerlock" sistemine uygun olacaktır ve üzerinde FRENCH numarası belirtilmiş olacaktır.
- 9- Kateter steril, orjinal ambalajında teslim edilecektir.
- 10- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmiş olacaktır. Teslim tarihinden itibaren enaz 12 (oniki) ay miatlı olacaktır.
- 11- Kateterler 0.038 (sıfır nokta sıfır otuzsekiz) guide-wire ile kullanılacaktır.
- 12- Kateterler şekil biçim ve ölçüleri açısından ekli mühürlü numunesine uygun yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır.
- 13- Kateterin CE belgesi olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Prof.Dr. A.Deniz OĞUZ  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Çocuk Kardiyolojisi  
Diploma No: 6217

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Sedat TUNAOĞLU  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  
Diploma No: 79AA155  
T.C. Kimlik No: 31940

Sağlık Teknisyeni Recep DEMİR

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi