

## OKSİJEN TÜPÜ (10 .LT) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Tüpler 10 lt su hacminde olacaktır.
- 2-Tüplerin test basıncı en az 300 bar olacaktır ve tüp üzerinde bu değer gözükecektir.
- 3-Oksijen tüpleri CrMo alaşımlı çelikten üretilecek, tüp boynu üzerinde bu standartlarda şart koşulan imalatçı bilgisi,et kalınlığı ,işletme ve test basınçları,seri numarası ve imalat tarihi bilgileri yer alacaktır.
- 4-Tüplere,medikal oksijen gazı depolaması ve kullanımına uygun olacak şekilde standartlara uygun dıştan vidalı  $\frac{3}{4}$  diş yapısında olacaktır.
- 5-Oksijen tüpleri mavi renkte boyalı olacak.
- 6-Tüplerin tamamı yeni ve kullanılmamış olacaktır.
- 7-Tüplerin işletme ve deney basınçları 200/300 bar olacaktır.
- 8-Tüpler, 2010/35/AT (Taşınabilir Basıncılı Kaplar Direktifi)'ye uygun olarak Pi işareti( $\pi$ )taşımalıdır.
- 9-Yüklenici firmanın İl Sağlık Müdürlüklerinden alınmış " Medikal Gaz Satış İzin Belgesi " olmalı ve bu belge teklif ile birlikte verilmelidir.
- 10- Firmalar teklifleri ile birlikte ilgili tüpler için Uygunluk Belgesi vereceklerdir.
- 11-. Oksijen tüpleri 2 yıl firma garantisi altında olacaktır. Seri numarası esasına göre hazırlanmış garanti belgesi mal tesliminde verilecektir.
- 12-Tüpler, siparişe verildiği yılın üretimi olacaktır.
- 13- Firmalar tekliflerinde tüplerin marka ve menşelerini belirteceklerdir.
- 14-Tüpler konkav tabanlı ve çembersiz olacaktır.
- 15-Tüpler dolu teslim edilecektir.

Hakan KOMBET  
Oksijen Tekniyeni  


