

011208 - KATLI GAZLI BEZ 7,5CM X 7,5CM 16 KAT CERRAHİ KATLAMA
TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- 7,5 cm x 7,5 cm ebatlarında Gaz Kompres 16 kat Gaz hidrofilden imal edilmiş olup, kenarları tamamen içe katlanmış (Cerrahi Katlama) olmalıdır.
- 2- İmal edildiği Gaz Hidrofil tek kat üzerinden sayıldığında 1 cm²de toplam net 20 tel olup, % 100 pamuk ipliğinden dokunmuş olmalıdır.
- 3- 7,5 cm x 7,5 cm 16 kat Gaz Kompres açılımı 30 cm x 33 cm olmalı. Her bir 7,5 cm x 7,5 cm katlanmış gazlı bezin en az ağırlığı 3,3 gr. olmalıdır.
- 4- Gaz Kompres ipliği ince olmayıp, beyaz, temiz, kokusuz ve tam hidrofil olmalıdır.
- 5- Yırtık ve kaçık olmayacak kenarlarından hiçbir şekilde iplik sarkmamalıdır.
- 6- Katlı gazlı bezler aynı yönde düzgün dizimli ve her 25, 50 veya 100 adeti dağılmaya karşı koruyucu poşetlerde olmalıdır. Poşetlerdeki katlı gazlı bezler 2500 adeti geçmeyecek ve nemden etkilenmeyecek şekilde kutularda ambalajlanmalıdır. (Numunesi Sterilizasyon Ünitesinde görülebilir.) Hasar gören kutuların değişimi firma tarafından sağlanmalıdır.
- 7- Kutuların üzerinde açıklayıcı etiket olmalı etikette malzemenin tipi, tel sayısı, katlanmış ebat, paket içi miktar, lot no, üretim ve üretici firma adı açık olarak yazılmalıdır.
- 8- Teklif veren Firma 100 adet numune vermelidir. Verilen numuneler ve devamındaki ürünler Hastanemiz Ameliyathane ve genelinde kullanıma uygun olmalıdır.
- 9- Teklif veren Firmanın üretici Firmadan alınmış Yetki Belgesi Olmalıdır.
- 10- Teklif edilen ürünün TSE ve CE belgesi olmalıdır.
- 11- UBB kayıtlı, Sağlık Bakanlığında onaylı olmalıdır.
- 12- Ürünün uygunluğuna Enfeksiyon Kontrol Komitesi Sterilizasyon Dezenfeksiyon Alt Çalışma Yürütme Grubu tarafından karar verilecektir.


Dr. Firdavs AKTAS
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı
Dip.No: 4493


Prof. Dr. Murat DİZBAY
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Enfeksiyon Hastalıkları A.D.
Dip.No:1457 Dip. Tes.No:7652c