




## NÖRONAVİGASYON YANSITICI KÜRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen navigasyon küresi hastanemiz envanterinde bulunan Medtronic marka 57 model nöronavigasyon cihazı ile birebir uyumlu ve orijinal olmalıdır. Aynı üretici firma tarafından üretilmiş olmalıdır.
2. Küreler tek kullanımlık olmalı, etilen oksit ile steril edilmiş ve her pakette 5 adet steril küre bulunmalıdır. En az 1 yıl mladlı olmalıdır.
3. Her bir küre çapı 11 mm (+/-0,5 mm) olmalıdır.
4. Teklif veren firmalar aynı zamanda hastanemizdeki nöronavigasyon cihazına sarf malzeme sağlayabileceğine dair üretici ve/veya distribütör firma tarafından aldıkları yetki belgelerini ibraz etmelidir.
5. Teklif veren firma aynı zamanda cihaza teknik hizmet verebilecek alt yapıya sahip olmalıdır.
6. Navigasyon küreleri TITUBB sistemine kayıtlı olmalı, SGK ve Sağlık bakanlığı onayı bulunmalıdır. İlgili belgenin internet çıktısı teklif ile beraber ibraz edilmelidir.

  
Prof. Dr. Şekir AYKOL  
T.C. Sağlık Bakanlığı  
BEYİN VE SINIR DERRAHİSİ  
Diploma No: 1160  
Dip. Tesch. No: 24953

  
Doç. Dr. İzzet H. KURBAN  
T.C. Sağlık Bakanlığı  
Beşirîye Sinir Cerrahisi  
Dip. No: 02374-439 Dip. Tes. No: 184005

  
Prof. Dr. Yusuf ÜNAL  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Anestezi ve Reanimasyon  
Dip. No: 825 - Dip. Tes. No: 69781