

## RITLENG İNTÜBASYON SETİ

### Ritleng intübasyon seti:

- Materyal: Çift taraflı polipropilen ip, 0.64 mm silikon tübing
- Silikon tübingin uzunluğu 240 mm olmalıdır
- Polipropilen ip uzunluğu 415 x 2mm.dir
- Çift steril ambalajda sunulmalı

### Ritleng probu:

- Materyal: paslanmaz çelik olmalı
- Çok kullanımlık olmalı
- Ritleng intübasyon seti ile uyumlu olmalı
- Sunum şekli: tekli kutuda olmalı
- Kanal ağzı açıklığı 0.3 mm olmalı
- Prob kalınlığı 0.64 mm olmalıdır
- Prob uzunluğu 105 mm olmalıdır
- Kanalı temizleyecek guide wire ile birlikte verilmelidir.

**Prof.Dr. Onur KONUK**  
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
GÖZ HASTALIKLARI  
Diploma No: 11388  
Dip. Tescil No: 90347

**Hülya AKBAŞ**  
Göz Polikliniği Lokal Ameliyathanesi  
Göztepe Hastanesi