

KÖK HÜCRE SAKLAMA TORBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Torba EVA'dan (Etyhyl Vinyl Acetate) imal edilmiş olmalıdır.
- 2-Torba renksiz ve şeffaf olmalıdır.
- 3-Torba -196 dereceye dayanıklı olmalıdır.
- 4-Torbanın hasta bilgilerini içeren etiketin yerleştirilebileceği özel şeffaf bir bölümü olmalıdır.
- 5-Torbaya üstten bağlı tüp setinin, en az bir tanesi erkek olmak üzere, en az üç adet klempili hat olmalıdır.
- 6-Torbanın ürün almaya yarayan örnek alma bağlama parçası ve transfer setleriyle uyumlu iki adet membran portu olmalıdır.
- 7-Torbanın uluslararası standartlara uygunluğunu gösteren CE sertifikası olmalıdır.
- 8-Torbalar tek tek steril paketli ambalajlarda olmalıdır.
- 9-Torbalar Maksimum 400-500 ml kapasiteli olmalıdır. Torbaların dondurma kapasitesi en az 60-100 ml arasında olmalıdır.
- 10- Torbalar radyasyon ile steril edilmiş olmalıdır.
- 11-Torbaların ÜTS kaydı olmalı, Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.
- 12-Teklif veren firmalar Türkiye'de torbaların kullanıldığı en az 7 KİT ünitesini referans göstermelidir.
- 13-Teklif veren firma torbaları kapatmak için torbalara uygun sealerı torbalar kullanıldığı sürece üniteye teslim etmelidir.

Prof.Dr. Zübeyde Nur ÖZKURT
T.C. Gazi Üniversitesi
İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı
Dip. No: 1753 - Dip. Tes. No: 2017/17

Prof.Dr. Zeynep Arzu YERLİM
T.C. Gazi Üniversitesi Gazi Hastanesi
İç Hast. A.B.D. Hematoloji A.B.D. Öğr. Üyesi
Dip. No: 1753 - Dip. Tes. No: 99086