



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 1517
İstem Tarihi : 03/10/2018
Bölüm Adı : K.B.B. Poliklinik Ameliyathane Stoğu

Döküm Tarihi : 03/10/2018 12:24:00

Malzeme Kodu : J01-01C692
Malzeme Adı : OR4960 İTERNAL NAZAL SPLİNT (SİLİKON)

DOYLE II INTRANASAL AIRWAY SPLİNT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Post-op dönemde rahat nefes almayı sağlamak için airwayli olmalıdır.
- 2- Materyali girişim sırasında ve çıkarırken maksimum hasta konforunu sağlamak için tıbbi dereceli silikon olmalıdır. Paket üzerinde materyali yazılı olmalıdır.
- 3- Uç ve yan kısımlarındaki delikler sayesinde rahatça tespit edilebilmelidir.
- 4- Ürünün ölçüleri 7x 0.4x 2cm (+/- %5) olmalıdır. İstenildiğinde rahatlıkla kesilebilmelidir.
- 5- EO ile steril edilmiş olmalıdır.
- 6- Steril çiftli paketlerde olmalıdır.
- 7- Ürün üzerinde kanama yapabilecek hiçbir çapak olmamalı, pürüzsüz olmalıdır.
- 8- Ürün paket içinde rahatlıkla görülmeli, ayrı bir zarf içinde olmamalıdır. Ürünün paketi, firmanın orijinal ambleminin, adresinin ve bilgilerin basılı olduğu tyvek kağıt olmalıdır.
- 9- Paket üzerindeki etiket kolayca hasta dosyasına yapıştırmak için kolay çıkarılabilmeli ve nereden çıkarılacağına dair işaret bulunmalıdır.
- 10- Paket üzerinde katalog numarası, malzeme adı, üretici firma adı, LOT numarası, son kullanma tarihi, tek kullanımlık olduğu ve CE işareti yazılı olmalıdır.
- 11- Teklif veren firmalar ürün muayenesi için numune getirecektir.

<p>HAZIRLAYANLAR</p> <p>Öğr. Göv. Dr. Süleyman ÇEBECİ T.C. G.Ü. T.İ.İ. Gazi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları A.D. Diy. Tesc. No: 135623</p>	<p>ONAYLAYAN</p> <p><i>[Signature]</i></p>
---	--

Hemşire Tülün ATALAY
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi